

表 406 ET測定頻度 専従臨床工学技士数別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

専従臨床工学技士数	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	116 (5.5)	12 (0.6)	43 (2.0)	70 (3.3)	1,424 (66.9)	270 (12.7)	192 (9.0)	2,127 (100.0)	60	5	2,192
3～ (%)	12 (0.9)	8 (0.6)	56 (4.1)	99 (7.3)	984 (72.3)	108 (7.9)	94 (6.9)	1,361 (100.0)	9	1	1,371
6～ (%)	5 (0.7)	7 (0.9)	66 (8.9)	84 (11.3)	476 (64.2)	43 (5.8)	60 (8.1)	741 (100.0)			741
合計 (%)	133 (3.1)	27 (0.6)	165 (3.9)	253 (6.0)	2,884 (68.2)	421 (10.0)	346 (8.2)	4,229 (100.0)	69	6	4,304
記載なし (%)											
総計 (%)	133 (3.1)	27 (0.6)	165 (3.9)	253 (6.0)	2,884 (68.2)	421 (10.0)	346 (8.2)	4,229 (100.0)	69	6	4,304
平均	1.13	4.52	5.56	4.73	3.20	2.35	3.14	3.24	0.86	1.17	3.19
標準偏差	1.83	6.80	4.96	3.97	3.31	3.32	4.06	3.57	1.26	1.94	3.56

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査