

表 407 ET測定頻度 専従臨床工学技士有無別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

専従臨床工学技士有無	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
なし	66	7	21	36	609	134	95	968	40	3	1,011
(%)	(49.6)	(25.9)	(12.7)	(14.2)	(21.1)	(31.8)	(27.5)	(22.9)	(58.0)	(50.0)	(23.5)
あり	67	20	144	217	2,275	287	251	3,261	29	3	3,293
(%)	(50.4)	(74.1)	(87.3)	(85.8)	(78.9)	(68.2)	(72.5)	(77.1)	(42.0)	(50.0)	(76.5)
合計	133	27	165	253	2,884	421	346	4,229	69	6	4,304
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
記載なし											
総計	133	27	165	253	2,884	421	346	4,229	69	6	4,304
平均	1.13	4.52	5.56	4.73	3.20	2.35	3.14	3.24	0.86	1.17	3.19
標準偏差	1.83	6.80	4.96	3.97	3.31	3.32	4.06	3.57	1.26	1.94	3.56

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査