

表 410 ET測定頻度 ET測定値(EU/mL)別 (ベッドサイドコンソール台数≥1)

ET測定値	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
0.001EU/mL未満 (%)	1 (0.0)	20 (0.6)	131 (4.1)	205 (6.5)	2,295 (72.5)	280 (8.8)	233 (7.4)	3,165 (100.0)	2		3,167
0.001～0.01EU/mL 未満 (%)		5 (0.9)	22 (4.0)	27 (4.9)	371 (67.9)	75 (13.7)	46 (8.4)	546 (100.0)	2		548
0.01～0.05EU/mL 未満 (%)		1 (0.5)	9 (4.3)	10 (4.7)	123 (58.3)	37 (17.5)	31 (14.7)	211 (100.0)			211
0.05～0.1EU/mL未 満 (%)			1 (1.6)	2 (3.2)	39 (61.9)	12 (19.0)	9 (14.3)	63 (100.0)			63
0.1～0.25EU/mL未 満 (%)			1 (2.1)	5 (10.4)	26 (54.2)	9 (18.8)	7 (14.6)	48 (100.0)			48
0.25～0.5EU/mL未 満 (%)				1 (5.0)	11 (55.0)	2 (10.0)	6 (30.0)	20 (100.0)			20
0.5EU/mL以上 (%)		1 (4.5)		2 (9.1)	15 (68.2)	1 (4.5)	3 (13.6)	22 (100.0)			22
合計 (%)	1 (0.0)	27 (0.7)	164 (4.0)	252 (6.2)	2,880 (70.7)	416 (10.2)	335 (8.2)	4,075 (100.0)	4		4,079
不明 (%)	79 (78.2)		1 (1.0)	1 (1.0)	4 (4.0)	5 (5.0)	11 (10.9)	101 (100.0)	63		164
記載なし (%)	53 (100.0)							53 (100.0)	2	6	61
総計 (%)	133 (3.1)	27 (0.6)	165 (3.9)	253 (6.0)	2,884 (68.2)	421 (10.0)	346 (8.2)	4,229 (100.0)	69	6	4,304

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査