

表 412 ET測定頻度 細菌数(cfu/mL)別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

細菌数	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
0.1未満 (%)	3 (0.1)	18 (0.6)	127 (4.5)	181 (6.4)	2,058 (73.2)	230 (8.2)	193 (6.9)	2,810 (100.0)	1		2,811
0.1～ (%)	2 (0.4)	3 (0.5)	20 (3.6)	38 (6.9)	372 (67.9)	62 (11.3)	51 (9.3)	548 (100.0)	3		551
1～ (%)	1 (0.3)	3 (0.8)	12 (3.2)	22 (5.9)	267 (71.8)	43 (11.6)	24 (6.5)	372 (100.0)			372
10～ (%)	1 (0.6)		2 (1.3)	7 (4.5)	112 (71.8)	19 (12.2)	15 (9.6)	156 (100.0)			156
100以上 (%)		1 (2.5)	3 (7.5)	1 (2.5)	23 (57.5)	6 (15.0)	6 (15.0)	40 (100.0)			40
合計 (%)	7 (0.2)	25 (0.6)	164 (4.2)	249 (6.3)	2,832 (72.1)	360 (9.2)	289 (7.4)	3,926 (100.0)	4		3,930
不明 (%)	75 (37.3)		1 (0.5)	4 (2.0)	39 (19.4)	39 (19.4)	43 (21.4)	201 (100.0)	63		264
記載なし (%)	51 (50.0)	2 (2.0)			13 (12.7)	22 (21.6)	14 (13.7)	102 (100.0)	2	6	110
総計 (%)	133 (3.1)	27 (0.6)	165 (3.9)	253 (6.0)	2,884 (68.2)	421 (10.0)	346 (8.2)	4,229 (100.0)	69	6	4,304

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査