

表 414 ET測定値(EU/mL) ベッドサイドコンソール台数別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

ベッドサイド コンソール台数	0.001EU/mL未満	0.001～0.01EU/mL 未満	0.01～0.05EU/mL 未満	0.05～0.1EU/mL未 満	0.1～0.25EU/mL未 満	0.25～0.5EU/mL未 満	0.5EU/mL以上	合計	不明	記載なし	総計
25未満 (%)	1,344 (75.2)	251 (14.0)	116 (6.5)	36 (2.0)	23 (1.3)	11 (0.6)	7 (0.4)	1,788 (100.0)	132	50	1,970
25～ (%)	1,344 (79.5)	215 (12.7)	73 (4.3)	20 (1.2)	20 (1.2)	7 (0.4)	11 (0.7)	1,690 (100.0)	27	10	1,727
50～ (%)	354 (81.4)	54 (12.4)	16 (3.7)	4 (0.9)	2 (0.5)	2 (0.5)	3 (0.7)	435 (100.0)	4	1	440
75～ (%)	79 (77.5)	16 (15.7)	4 (3.9)	1 (1.0)	2 (2.0)			102 (100.0)	1		103
100～ (%)	46 (71.9)	12 (18.8)	2 (3.1)	2 (3.1)	1 (1.6)		1 (1.6)	64 (100.0)			64
合計 (%)	3,167 (77.6)	548 (13.4)	211 (5.2)	63 (1.5)	48 (1.2)	20 (0.5)	22 (0.5)	4,079 (100.0)	164	61	4,304
記載なし (%)											
総計 (%)	3,167 (77.6)	548 (13.4)	211 (5.2)	63 (1.5)	48 (1.2)	20 (0.5)	22 (0.5)	4,079 (100.0)	164	61	4,304
平均	31.74	31.78	26.44	28.94	29.25	29.50	33.36	31.40	15.30	15.03	30.55
標準偏差	20.43	24.83	23.09	25.91	20.99	14.79	26.64	21.35	13.33	11.80	21.30

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査