

表 417 ET測定値(EU/mL) 専従臨床工学技士数別（ベッドサイドコンソール台数≧1）

専従臨床工学技士数	0.001EU/mL未満	0.001～0.01EU/mL未満	0.01～0.05EU/mL未満	0.05～0.1EU/mL未満	0.1～0.25EU/mL未満	0.25～0.5EU/mL未満	0.5EU/mL以上	合計	不明	記載なし	総計
3未満	1,483	285	133	38	31	15	15	2,000	137	55	2,192
(%)	(74.2)	(14.3)	(6.7)	(1.9)	(1.6)	(0.8)	(0.8)	(100.0)			
3～	1,110	162	52	11	7	2	1	1,345	23	3	1,371
(%)	(82.5)	(12.0)	(3.9)	(0.8)	(0.5)	(0.1)	(0.1)	(100.0)			
6～	574	101	26	14	10	3	6	734	4	3	741
(%)	(78.2)	(13.8)	(3.5)	(1.9)	(1.4)	(0.4)	(0.8)	(100.0)			
合計	3,167	548	211	63	48	20	22	4,079	164	61	4,304
(%)	(77.6)	(13.4)	(5.2)	(1.5)	(1.2)	(0.5)	(0.5)	(100.0)			
記載なし											
(%)											
総計	3,167	548	211	63	48	20	22	4,079	164	61	4,304
(%)	(77.6)	(13.4)	(5.2)	(1.5)	(1.2)	(0.5)	(0.5)	(100.0)			
平均	3.37	3.39	2.50	3.05	2.79	2.50	3.32	3.31	1.07	1.20	3.19
標準偏差	3.37	4.72	3.14	4.26	3.76	3.03	4.62	3.60	1.56	2.13	3.56

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査