

表 419 ET測定値(EU/mL) 兼務臨床工学技士有無別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

兼務臨床工学技士有無	0.001EU/mL未満	0.001～0.01EU/mL未満	0.01～0.05EU/mL未満	0.05～0.1EU/mL未満	0.1～0.25EU/mL未満	0.25～0.5EU/mL未満	0.5EU/mL以上	合計	不明	記載なし	総計
なし (%)	1,905 (60.2)	349 (63.7)	134 (63.5)	30 (47.6)	27 (56.3)	12 (60.0)	12 (54.5)	2,469 (60.5)	118 (72.0)	47 (77.0)	2,634 (61.2)
あり (%)	1,262 (39.8)	199 (36.3)	77 (36.5)	33 (52.4)	21 (43.8)	8 (40.0)	10 (45.5)	1,610 (39.5)	46 (28.0)	14 (23.0)	1,670 (38.8)
合計 (%)	3,167 (100.0)	548 (100.0)	211 (100.0)	63 (100.0)	48 (100.0)	20 (100.0)	22 (100.0)	4,079 (100.0)	164 (100.0)	61 (100.0)	4,304 (100.0)
記載なし											
総計	3,167	548	211	63	48	20	22	4,079	164	61	4,304
平均	1.63	1.34	1.41	1.84	1.83	1.30	1.82	1.58	1.11	0.87	1.55
標準偏差	2.98	2.58	2.91	3.06	2.78	2.08	2.65	2.92	2.65	2.10	2.90

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査