

表 421 ET測定値(EU/mL) サンプル時ETフィルターの有無別 (ベッドサイドコンソール台数≥1)

サンプル時ETフィルターの有無	0.001EU/mL未満	0.001～0.01EU/mL未満	0.01～0.05EU/mL未満	0.05～0.1EU/mL未満	0.1～0.25EU/mL未満	0.25～0.5EU/mL未満	0.5EU/mL以上	合計	不明	記載なし	総計
なし (%)	412 (13.1)	120 (22.2)	51 (24.8)	10 (16.4)	15 (31.9)	5 (27.8)	5 (23.8)	618 (15.3)	72 (62.6)	21 (100.0)	711 (17.0)
あり (%)	2,742 (86.9)	421 (77.8)	155 (75.2)	51 (83.6)	32 (68.1)	13 (72.2)	16 (76.2)	3,430 (84.7)	43 (37.4)	3,473 (83.0)	
合計 (%)	3,154 (100.0)	541 (100.0)	206 (100.0)	61 (100.0)	47 (100.0)	18 (100.0)	21 (100.0)	4,048 (100.0)	115 (100.0)	21 (100.0)	4,184 (100.0)
不明	13	7	5	2	1	2	1	31	49	4	84
記載なし										36	36
総計	3,167	548	211	63	48	20	22	4,079	164	61	4,304

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査