

表 424 ET測定値(EU/mL) 細菌数(cfu/mL)別（ベッドサイドコンソール台数≧1）

細菌数	0.001EU/mL未満	0.001～0.01EU/mL未満	0.01～0.05EU/mL未満	0.05～0.1EU/mL未満	0.1～0.25EU/mL未満	0.25～0.5EU/mL未満	0.5EU/mL以上	合計	不明	記載なし	総計
0.1未満	2,602	153	29	9	7	3	3	2,806	5		2,811
(%)	(92.7)	(5.5)	(1.0)	(0.3)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(100.0)			
0.1～	291	186	43	16	5	2	4	547	4		551
(%)	(53.2)	(34.0)	(7.9)	(2.9)	(0.9)	(0.4)	(0.7)	(100.0)			
1～	137	125	67	11	21	5	4	370	2		372
(%)	(37.0)	(33.8)	(18.1)	(3.0)	(5.7)	(1.4)	(1.1)	(100.0)			
10～	40	45	35	17	7	6	6	156			156
(%)	(25.6)	(28.8)	(22.4)	(10.9)	(4.5)	(3.8)	(3.8)	(100.0)			
100以上	12	6	9	4	3	3	3	40			40
(%)	(30.0)	(15.0)	(22.5)	(10.0)	(7.5)	(7.5)	(7.5)	(100.0)			
合計	3,082	515	183	57	43	19	20	3,919	11		3,930
(%)	(78.6)	(13.1)	(4.7)	(1.5)	(1.1)	(0.5)	(0.5)	(100.0)			
不明	61	23	16	5	4	1	1	111	151	2	264
(%)	(55.0)	(20.7)	(14.4)	(4.5)	(3.6)	(0.9)	(0.9)	(100.0)			
記載なし	24	10	12	1	1		1	49	2	59	110
(%)	(49.0)	(20.4)	(24.5)	(2.0)	(2.0)		(2.0)	(100.0)			
総計	3,167	548	211	63	48	20	22	4,079	164	61	4,304
(%)	(77.6)	(13.4)	(5.2)	(1.5)	(1.2)	(0.5)	(0.5)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査