

表 426 細菌数測定頻度の頻度 ベッドサイドコンソール台数別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

ベッドサイド コンソール台数	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
25未満 (%)	205 (10.8)	5 (0.3)	18 (1.0)	67 (3.5)	1,220 (64.4)	256 (13.5)	123 (6.5)	1,894 (100.0)	70	6	1,970
25～ (%)	34 (2.0)	6 (0.4)	59 (3.5)	130 (7.6)	1,160 (67.9)	126 (7.4)	193 (11.3)	1,708 (100.0)	18	1	1,727
50～ (%)	3 (0.7)	2 (0.5)	39 (8.9)	40 (9.1)	272 (62.0)	30 (6.8)	53 (12.1)	439 (100.0)	1		440
75～ (%)		2 (2.0)	7 (6.9)	11 (10.8)	59 (57.8)	6 (5.9)	17 (16.7)	102 (100.0)	1		103
100～ (%)		1 (1.6)	5 (7.8)	12 (18.8)	33 (51.6)	4 (6.3)	9 (14.1)	64 (100.0)			64
合計 (%)	242 (5.8)	16 (0.4)	128 (3.0)	260 (6.2)	2,744 (65.2)	422 (10.0)	395 (9.4)	4,207 (100.0)	90	7	4,304
記載なし (%)											
総計 (%)	242 (5.8)	16 (0.4)	128 (3.0)	260 (6.2)	2,744 (65.2)	422 (10.0)	395 (9.4)	4,207 (100.0)	90	7	4,304
平均	14.82	44.25	46.63	40.72	30.67	25.34	36.18	30.90	15.46	16.00	30.55
標準偏差	10.81	29.53	23.35	27.18	19.70	18.81	25.11	21.31	14.27	14.62	21.30

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査