

表 429 細菌数測定の高度 専従臨床工学技士数別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

専従臨床工学技士数	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	209 (9.9)	5 (0.2)	35 (1.7)	67 (3.2)	1,370 (64.9)	241 (11.4)	184 (8.7)	2,111 (100.0)	75	6	2,192
3～ (%)	29 (2.1)	8 (0.6)	45 (3.3)	102 (7.5)	919 (67.7)	125 (9.2)	130 (9.6)	1,358 (100.0)	12	1	1,371
6～ (%)	4 (0.5)	3 (0.4)	48 (6.5)	91 (12.3)	455 (61.7)	56 (7.6)	81 (11.0)	738 (100.0)	3		741
合計 (%)	242 (5.8)	16 (0.4)	128 (3.0)	260 (6.2)	2,744 (65.2)	422 (10.0)	395 (9.4)	4,207 (100.0)	90	7	4,304
記載なし (%)											
総計 (%)	242 (5.8)	16 (0.4)	128 (3.0)	260 (6.2)	2,744 (65.2)	422 (10.0)	395 (9.4)	4,207 (100.0)	90	7	4,304
平均	1.02	4.06	5.26	4.95	3.19	2.77	3.61	3.24	1.21	1.00	3.19
標準偏差	1.39	3.28	4.44	4.36	3.38	3.60	3.97	3.57	2.17	1.83	3.56

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査