

表 430 細菌数測定の頻度 専従臨床工学技士有無別（ベッドサイドコンソール台数≧1）

専従臨床工学技士有無	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
なし	119	1	20	33	592	116	77	958	49	4	1,011
(%)	(49.2)	(6.3)	(15.6)	(12.7)	(21.6)	(27.5)	(19.5)	(22.8)	(54.4)	(57.1)	(23.5)
あり	123	15	108	227	2,152	306	318	3,249	41	3	3,293
(%)	(50.8)	(93.8)	(84.4)	(87.3)	(78.4)	(72.5)	(80.5)	(77.2)	(45.6)	(42.9)	(76.5)
合計	242	16	128	260	2,744	422	395	4,207	90	7	4,304
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
記載なし											
総計	242	16	128	260	2,744	422	395	4,207	90	7	4,304
平均	1.02	4.06	5.26	4.95	3.19	2.77	3.61	3.24	1.21	1.00	3.19
標準偏差	1.39	3.28	4.44	4.36	3.38	3.60	3.97	3.57	2.17	1.83	3.56

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査