

表 433 細菌数測定頻度の細菌数(cfu/mL)別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

細菌数	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
0.1未満 (%)	1 (0.0)	11 (0.4)	100 (3.6)	185 (6.6)	1,962 (69.9)	273 (9.7)	273 (9.7)	2,805 (100.0)	6		2,811
0.1～ (%)			18 (3.3)	40 (7.3)	364 (66.2)	68 (12.4)	60 (10.9)	550 (100.0)	1		551
1～ (%)		3 (0.8)	6 (1.6)	23 (6.2)	267 (71.8)	44 (11.8)	29 (7.8)	372 (100.0)			372
10～ (%)	1 (0.6)	1 (0.6)	1 (0.6)	5 (3.2)	111 (71.2)	20 (12.8)	17 (10.9)	156 (100.0)			156
100以上 (%)		1 (2.5)	2 (5.0)	1 (2.5)	22 (55.0)	9 (22.5)	5 (12.5)	40 (100.0)			40
合計 (%)	2 (0.1)	16 (0.4)	127 (3.2)	254 (6.5)	2,726 (69.5)	414 (10.6)	384 (9.8)	3,923 (100.0)	7		3,930
不明 (%)	141 (76.2)		1 (0.5)	6 (3.2)	18 (9.7)	8 (4.3)	11 (5.9)	185 (100.0)	79		264
記載なし (%)	99 (100.0)							99 (100.0)	4	7	110
総計 (%)	242 (5.8)	16 (0.4)	128 (3.0)	260 (6.2)	2,744 (65.2)	422 (10.0)	395 (9.4)	4,207 (100.0)	90	7	4,304

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査