

表 434 細菌数測定頻度の頻度 細菌培養培地別（ベッドサイドコンソール台数≧1）

細菌培養培地	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
普通寒天培地		6	3	10	175	54	25	273	2		275
(%)		(2.2)	(1.1)	(3.7)	(64.1)	(19.8)	(9.2)	(100.0)			
R2A培地	2	6	61	126	1,499	232	210	2,136	6		2,142
(%)	(0.1)	(0.3)	(2.9)	(5.9)	(70.2)	(10.9)	(9.8)	(100.0)			
TGEA培地		3	52	98	822	83	110	1,168	1		1,169
(%)		(0.3)	(4.5)	(8.4)	(70.4)	(7.1)	(9.4)	(100.0)			
血液寒天培地					13	1	1	15			15
(%)					(86.7)	(6.7)	(6.7)	(100.0)			
TSA培地			3	4	23	3	3	36			36
(%)			(8.3)	(11.1)	(63.9)	(8.3)	(8.3)	(100.0)			
その他の培地			7	16	137	19	24	203			203
(%)			(3.4)	(7.9)	(67.5)	(9.4)	(11.8)	(100.0)			
合計	2	15	126	254	2,669	392	373	3,831	9		3,840
(%)	(0.1)	(0.4)	(3.3)	(6.6)	(69.7)	(10.2)	(9.7)	(100.0)			
不明	141	1	2	6	74	30	22	276	77		353
(%)	(51.1)	(0.4)	(0.7)	(2.2)	(26.8)	(10.9)	(8.0)	(100.0)			
記載なし	99				1			100	4	7	111
(%)	(99.0)				(1.0)			(100.0)			
総計	242	16	128	260	2,744	422	395	4,207	90	7	4,304
(%)	(5.8)	(0.4)	(3.0)	(6.2)	(65.2)	(10.0)	(9.4)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査