

表 435 細菌数測定頻度 細菌数測定サンプル量別（ベッドサイドコンソール台数≧1）

細菌数測定サンプル量	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
1mL未満 (%)			9 (3.0)	21 (7.0)	188 (62.9)	52 (17.4)	29 (9.7)	299 (100.0)	1		300
1～10mL未満 (%)	1 (0.2)	6 (1.0)	11 (1.8)	25 (4.1)	409 (67.7)	86 (14.2)	66 (10.9)	604 (100.0)	1		605
10～50mL未満 (%)		4 (0.3)	28 (2.4)	55 (4.7)	850 (72.7)	123 (10.5)	109 (9.3)	1,169 (100.0)	6		1,175
50～100mL未満 (%)		4 (0.3)	53 (3.9)	114 (8.3)	965 (70.2)	108 (7.9)	131 (9.5)	1,375 (100.0)			1,375
100～500mL未満 (%)	1 (0.2)	2 (0.4)	25 (5.4)	38 (8.3)	301 (65.4)	42 (9.1)	51 (11.1)	460 (100.0)			460
500mL～1L未満 (%)			1 (5.6)	1 (5.6)	13 (72.2)	2 (11.1)	1 (5.6)	18 (100.0)			18
1～10L未満 (%)				5 (35.7)	7 (50.0)		2 (14.3)	14 (100.0)	1		15
10L以上 (%)					2 (100.0)			2 (100.0)			2
合計 (%)	2 (0.1)	16 (0.4)	127 (3.2)	259 (6.6)	2,735 (69.4)	413 (10.5)	389 (9.9)	3,941 (100.0)	9		3,950
不明 (%)	141 (84.4)		1 (0.6)	1 (0.6)	9 (5.4)	9 (5.4)	6 (3.6)	167 (100.0)	77		244
記載なし (%)	99 (100.0)							99 (100.0)	4	7	110
総計 (%)	242 (5.8)	16 (0.4)	128 (3.0)	260 (6.2)	2,744 (65.2)	422 (10.0)	395 (9.4)	4,207 (100.0)	90	7	4,304

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査