

表 436 細菌培養培地 細菌数測定サンプル量別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

細菌数測定サンプル量	普通寒天培地	R2A培地	TGEA培地	血液寒天培地	TSA培地	その他の培地	合計	不明	記載なし	総計
1mL未満 (%)	54 (19.4)	161 (57.9)	45 (16.2)	3 (1.1)	3 (1.1)	12 (4.3)	278 (100.0)	22		300
1～10mL未満 (%)	90 (16.0)	404 (71.8)	44 (7.8)	6 (1.1)	5 (0.9)	14 (2.5)	563 (100.0)	42		605
10～50mL未満 (%)	62 (5.4)	645 (56.1)	352 (30.6)	4 (0.3)	13 (1.1)	74 (6.4)	1,150 (100.0)	25		1,175
50～100mL未満 (%)	45 (3.3)	642 (47.3)	571 (42.1)	1 (0.1)	13 (1.0)	85 (6.3)	1,357 (100.0)	17	1	1,375
100～500mL未満 (%)	19 (4.3)	263 (58.8)	146 (32.7)		2 (0.4)	17 (3.8)	447 (100.0)	13		460
500mL～1L未満 (%)	2 (11.8)	10 (58.8)	4 (23.5)	1 (5.9)			17 (100.0)	1		18
1～10L未満 (%)		8 (57.1)	5 (35.7)			1 (7.1)	14 (100.0)	1		15
10L以上 (%)		1 (50.0)	1 (50.0)				2 (100.0)			2
合計 (%)	272 (7.1)	2,134 (55.7)	1,168 (30.5)	15 (0.4)	36 (0.9)	203 (5.3)	3,828 (100.0)	121	1	3,950
不明 (%)	3 (25.0)	8 (66.7)	1 (8.3)				12 (100.0)	232		244
記載なし (%)									110	110
総計 (%)	275 (7.2)	2,142 (55.8)	1,169 (30.4)	15 (0.4)	36 (0.9)	203 (5.3)	3,840 (100.0)	353	111	4,304

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査