

表 438 細菌数(cfu/mL) ベッドサイドコンソール台数別（ベッドサイドコンソール台数 $\geq 1$ ）

ベッドサイド コンソール台数	0.1未満	0.1～	1～	10～	100以上	合計	不明	記載なし	総計
25未満 (%)	1,171 (70.3)	236 (14.2)	165 (9.9)	80 (4.8)	14 (0.8)	1,666 (100.0)	215	89	1,970
25～ (%)	1,200 (72.2)	231 (13.9)	152 (9.1)	60 (3.6)	20 (1.2)	1,663 (100.0)	44	20	1,727
50～ (%)	319 (73.3)	63 (14.5)	35 (8.0)	13 (3.0)	5 (1.1)	435 (100.0)	4	1	440
75～ (%)	75 (73.5)	14 (13.7)	10 (9.8)	2 (2.0)	1 (1.0)	102 (100.0)	1		103
100～ (%)	46 (71.9)	7 (10.9)	10 (15.6)	1 (1.6)		64 (100.0)			64
合計 (%)	2,811 (71.5)	551 (14.0)	372 (9.5)	156 (4.0)	40 (1.0)	3,930 (100.0)	264	110	4,304
記載なし (%)									
総計 (%)	2,811 (71.5)	551 (14.0)	372 (9.5)	156 (4.0)	40 (1.0)	3,930 (100.0)	264	110	4,304
平均	32.25	31.64	31.95	28.41	31.43	31.97	15.84	15.10	30.55
標準偏差	21.07	21.54	24.29	21.27	18.37	21.45	12.39	10.89	21.30

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査