

表 440 細菌数(cfu/mL) 兼務医師有無別 (ベッドサイドコンソール台数≥1)

| 兼務医師有無 | 0.1未満 | 0.1~ | 1~ | 10~ | 100以上 | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| なし (%) | 674 (24.0) | 132 (24.0) | 85 (22.8) | 39 (25.0) | 18 (45.0) | 948 (24.1) | 56 (21.2) | 33 (30.0) | 1,037 (24.1) |
| あり (%) | 2,137 (76.0) | 419 (76.0) | 287 (77.2) | 117 (75.0) | 22 (55.0) | 2,982 (75.9) | 208 (78.8) | 77 (70.0) | 3,267 (75.9) |
| 合計 (%) | 2,811 (100.0) | 551 (100.0) | 372 (100.0) | 156 (100.0) | 40 (100.0) | 3,930 (100.0) | 264 (100.0) | 110 (100.0) | 4,304 (100.0) |
| 記載なし | | | | | | | | | |
| 総計 | 2,811 | 551 | 372 | 156 | 40 | 3,930 | 264 | 110 | 4,304 |
| 平均 | 2.69 | 2.54 | 2.72 | 2.74 | 1.52 | 2.66 | 1.97 | 1.48 | 2.59 |
| 標準偏差 | 3.11 | 2.78 | 2.92 | 3.48 | 2.04 | 3.05 | 2.15 | 1.52 | 2.98 |

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査