

表 441 細菌数(cfu/mL) 専従臨床工学技士数別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

専従臨床工学技士数	0.1未満	0.1～	1～	10～	100以上	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	1,276 (68.1)	275 (14.7)	211 (11.3)	94 (5.0)	19 (1.0)	1,875 (100.0)	217	100	2,192
3～ (%)	998 (75.4)	180 (13.6)	100 (7.6)	36 (2.7)	10 (0.8)	1,324 (100.0)	39	8	1,371
6～ (%)	537 (73.5)	96 (13.1)	61 (8.3)	26 (3.6)	11 (1.5)	731 (100.0)	8	2	741
合計 (%)	2,811 (71.5)	551 (14.0)	372 (9.5)	156 (4.0)	40 (1.0)	3,930 (100.0)	264	110	4,304
記載なし (%)									
総計 (%)	2,811 (71.5)	551 (14.0)	372 (9.5)	156 (4.0)	40 (1.0)	3,930 (100.0)	264	110	4,304
平均	3.46	3.44	2.98	2.83	3.80	3.39	1.24	0.90	3.19
標準偏差	3.49	4.28	3.45	3.87	3.56	3.62	1.91	1.39	3.56

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査