

表 442 細菌数(cfu/mL) 専従臨床工学技士有無別（ベッドサイドコンソール台数 $\geq 1$ ）

専従臨床工学技士有無	0.1未満	0.1～	1～	10～	100以上	合計	不明	記載なし	総計
なし (%)	560 (19.9)	121 (22.0)	96 (25.8)	42 (26.9)	5 (12.5)	824 (21.0)	129 (48.9)	58 (52.7)	1,011 (23.5)
あり (%)	2,251 (80.1)	430 (78.0)	276 (74.2)	114 (73.1)	35 (87.5)	3,106 (79.0)	135 (51.1)	52 (47.3)	3,293 (76.5)
合計 (%)	2,811 (100.0)	551 (100.0)	372 (100.0)	156 (100.0)	40 (100.0)	3,930 (100.0)	264 (100.0)	110 (100.0)	4,304 (100.0)
記載なし									
総計	2,811	551	372	156	40	3,930	264	110	4,304
平均	3.46	3.44	2.98	2.83	3.80	3.39	1.24	0.90	3.19
標準偏差	3.49	4.28	3.45	3.87	3.56	3.62	1.91	1.39	3.56

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査