

表 446 細菌数(cfu/mL) サンプル時ETフィルターの有無別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

サンプル時ETフィルターの有無	0.1未満	0.1～	1～	10～	100以上	合計	不明	記載なし	総計
なし (%)	339 (12.1)	108 (19.8)	73 (20.2)	45 (29.6)	14 (35.0)	579 (14.8)	100 (46.1)	32 (47.1)	711 (17.0)
あり (%)	2,461 (87.9)	437 (80.2)	289 (79.8)	107 (70.4)	26 (65.0)	3,320 (85.2)	117 (53.9)	36 (52.9)	3,473 (83.0)
合計 (%)	2,800 (100.0)	545 (100.0)	362 (100.0)	152 (100.0)	40 (100.0)	3,899 (100.0)	217 (100.0)	68 (100.0)	4,184 (100.0)
不明	11	6	10	4		31	47	6	84
記載なし								36	36
総計	2,811	551	372	156	40	3,930	264	110	4,304

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査