

表 447 細菌数(cfu/mL) 細菌数測定サンプル量別 (ベッドサイドコンソール台数≥1)

細菌数測定サンプル量	0.1未満	0.1～	1～	10～	100以上	合計	不明	記載なし	総計
1mL未満 (%)	260 (88.1)	21 (7.1)	10 (3.4)	2 (0.7)	2 (0.7)	295 (100.0)	5		300
1～10mL未満 (%)	330 (55.3)	106 (17.8)	106 (17.8)	46 (7.7)	9 (1.5)	597 (100.0)	8		605
10～50mL未満 (%)	824 (70.8)	163 (14.0)	118 (10.1)	52 (4.5)	7 (0.6)	1,164 (100.0)	11		1,175
50～100mL未満 (%)	1,018 (74.2)	200 (14.6)	105 (7.7)	34 (2.5)	15 (1.1)	1,372 (100.0)	3		1,375
100～500mL未満 (%)	347 (75.8)	55 (12.0)	30 (6.6)	20 (4.4)	6 (1.3)	458 (100.0)	2		460
500mL～1L未満 (%)	12 (66.7)	4 (22.2)	1 (5.6)		1 (5.6)	18 (100.0)			18
1～10L未満 (%)	11 (78.6)	1 (7.1)	2 (14.3)			14 (100.0)	1		15
10L以上 (%)	2 (100.0)					2 (100.0)			2
合計 (%)	2,804 (71.5)	550 (14.0)	372 (9.5)	154 (3.9)	40 (1.0)	3,920 (100.0)	30		3,950
不明 (%)	7 (70.0)	1 (10.0)		2 (20.0)		10 (100.0)	234		244
記載なし (%)								110	110
総計 (%)	2,811 (71.5)	551 (14.0)	372 (9.5)	156 (4.0)	40 (1.0)	3,930 (100.0)	264	110	4,304

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査