

表 448 細菌数(cfu/mL) 細菌培養培地別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

細菌培養培地	0.1未満	0.1～	1～	10～	100以上	合計	不明	記載なし	総計
普通寒天培地	192	36	27	16	3	274	1		275
(%)	(70.1)	(13.1)	(9.9)	(5.8)	(1.1)	(100.0)			
R2A培地	1,470	306	220	99	29	2,124	18		2,142
(%)	(69.2)	(14.4)	(10.4)	(4.7)	(1.4)	(100.0)			
TGEA培地	885	166	93	19	3	1,166	3		1,169
(%)	(75.9)	(14.2)	(8.0)	(1.6)	(0.3)	(100.0)			
血液寒天培地	12	1	1	1		15			15
(%)	(80.0)	(6.7)	(6.7)	(6.7)		(100.0)			
TSA培地	28	4	1	2		35	1		36
(%)	(80.0)	(11.4)	(2.9)	(5.7)		(100.0)			
その他の培地	148	22	16	9	3	198	5		203
(%)	(74.7)	(11.1)	(8.1)	(4.5)	(1.5)	(100.0)			
合計	2,735	535	358	146	38	3,812	28		3,840
(%)	(71.7)	(14.0)	(9.4)	(3.8)	(1.0)	(100.0)			
不明	76	16	13	10	2	117	236		353
(%)	(65.0)	(13.7)	(11.1)	(8.5)	(1.7)	(100.0)			
記載なし			1			1		110	111
(%)			(100.0)			(100.0)			
総計	2,811	551	372	156	40	3,930	264	110	4,304
(%)	(71.5)	(14.0)	(9.5)	(4.0)	(1.0)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査