

表 2027 HDF希釈方法 1セッションあたりの置換液量(L)別 (オフラインHDF)

1セッションあたりの置換液量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1未満(%)								
1～(%)	89 (20.6)	338 (78.4)		4 (0.9)	431 (100.0)			431
5～(%)	222 (9.0)	2,235 (90.9)	1 (0.0)		2,458 (100.0)			2,458
10～(%)	209 (12.3)	1,492 (87.7)	1 (0.1)		1,702 (100.0)			1,702
15～(%)	15 (57.7)	11 (42.3)			26 (100.0)			26
20～(%)	83 (92.2)	7 (7.8)			90 (100.0)			90
合計(%)	618 (13.1)	4,083 (86.7)	2 (0.0)	4 (0.1)	4,707 (100.0)			4,707
記載なし(%)	20 (9.3)	192 (88.9)	3 (1.4)	1 (0.5)	216 (100.0)		1,392	1,608
総計(%)	638 (13.0)	4,275 (86.8)	5 (0.1)	5 (0.1)	4,923 (100.0)		1,392	6,315
平均	10.16	8.00	9.00	1.25	8.28			8.28
標準偏差	6.63	2.27	1.41	0.50	3.29			3.29

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査