

表 2084 HDF希釈方法 1セッションあたりの置換液量(L)別（オンラインHDF）

1セッションあたりの 置換液量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1未満 (%)								
1～ (%)	426 (32.3)	89 (6.8)		802 (60.9)	1,317 (100.0)			1,317
5～ (%)	604 (55.5)	482 (44.3)		2 (0.2)	1,088 (100.0)			1,088
10～ (%)	735 (59.3)	501 (40.4)		3 (0.2)	1,239 (100.0)			1,239
15～ (%)	612 (85.2)	104 (14.5)		2 (0.3)	718 (100.0)			718
20～ (%)	4,583 (97.1)	135 (2.9)			4,718 (100.0)			4,718
30～ (%)	5,399 (100.0)	2 (0.0)			5,401 (100.0)			5,401
40～ (%)	10,512 (100.0)				10,512 (100.0)			10,512
50～ (%)	2,138 (100.0)				2,138 (100.0)			2,138
60～ (%)	2,693 (100.0)				2,693 (100.0)			2,693
70～ (%)	563 (100.0)				563 (100.0)			563
80～ (%)	301 (100.0)				301 (100.0)			301
90～ (%)	149 (100.0)				149 (100.0)			149
合計 (%)	28,715 (93.1)	1,313 (4.3)		809 (2.6)	30,837 (100.0)			30,837
記載なし (%)	1,166 (68.5)	29 (1.7)		508 (29.8)	1,703 (100.0)	1	3,549	5,253
総計 (%)	29,881 (91.8)	1,342 (4.1)		1,317 (4.0)	32,540 (100.0)	1	3,549	36,090
平均	39.60	10.56		1.47	37.36			37.36
標準偏差	15.84	5.00		1.24	17.43			17.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査