

表 484 専従専門医の有無 ET測定値(EU/mL) (ベッドサイドコンソール台数≥1)

ET測定値	なし	あり	合計	記載なし	総計
0.001EU/mL未満 (%)	1,610 (50.9)	1,553 (49.1)	3,163 (100.0)	4	3,167
0.001～0.01EU/mL未満 (%)	290 (53.2)	255 (46.8)	545 (100.0)	3	548
0.01～0.05EU/mL未満 (%)	128 (61.2)	81 (38.8)	209 (100.0)	2	211
0.05～0.1EU/mL未満 (%)	36 (57.1)	27 (42.9)	63 (100.0)		63
0.1～0.25EU/mL未満 (%)	19 (39.6)	29 (60.4)	48 (100.0)		48
0.25～0.5EU/mL未満 (%)	10 (50.0)	10 (50.0)	20 (100.0)		20
0.5EU/mL以上 (%)	11 (50.0)	11 (50.0)	22 (100.0)		22
合計 (%)	2,104 (51.7)	1,966 (48.3)	4,070 (100.0)	9	4,079
不明 (%)	113 (68.9)	51 (31.1)	164 (100.0)		164
記載なし (%)	46 (75.4)	15 (24.6)	61 (100.0)		61
総計 (%)	2,263 (52.7)	2,032 (47.3)	4,295 (100.0)	9	4,304

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査