

表 2160 1セッションあたりの置換液量(L) 透析後体重(kg)別 (オフラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 前希釈)

透析後体重	1未満	1~	5~	10~	15~	20~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)											
20~ (%)	1 (20.0)	3 (60.0)	1 (20.0)				5 (100.0)		5	6.80	2.28
30~ (%)	8 (19.0)	19 (45.2)	11 (26.2)				42 (100.0)	3	45	8.38	5.90
40~ (%)	11 (10.4)	42 (39.6)	36 (34.0)	4 (3.8)	13 (12.3)	106 (100.0)	1	107	10.16	6.25	
50~ (%)	8 (15.4)	21 (40.4)	14 (26.9)	1 (1.9)	8 (15.4)	52 (100.0)	1	53	10.40	7.02	
60~ (%)	2 (11.8)	8 (47.1)	3 (17.6)	1 (5.9)	3 (17.6)	17 (100.0)	1	18	11.18	7.29	
70~ (%)	1 (50.0)	1 (50.0)				2 (100.0)		2	3.50	3.54	
80~ (%)		3 (100.0)				3 (100.0)		3	7.33	1.15	
90~ (%)											
100~ (%)											
110~ (%)											
120~ (%)											
合計 (%)	31 (13.7)	97 (42.7)	65 (28.6)	6 (2.6)	28 (12.3)	227 (100.0)	6	233	9.79	6.39	
記載なし (%)		4 (66.7)	2 (33.3)			6 (100.0)	1	7	9.67	3.44	
総計 (%)	31 (13.3)	101 (43.3)	67 (28.8)	6 (2.6)	28 (12.0)	233 (100.0)	7	240	9.79	6.32	
平均	46.97	47.97	45.78	50.40	48.83	47.38	45.82	47.34			
標準偏差	10.22	11.08	7.57	8.27	8.24	9.65	9.57	9.64			

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査