

表 2263 1セッションあたりの置換液量(L) 透析後体重(kg)別 (オンラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 後希釈)

透析後体重	1未満	1~	5~	10~	15~	20~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)						1 (100.0)	1 (100.0)		1	20.00	
20~ (%)											
30~ (%)	8 (10.5)	38 (50.0)	24 (31.6)	3 (3.9)	3 (3.9)	76 (100.0)	5	81	8.53	3.97	
40~ (%)	23 (10.8)	83 (39.0)	75 (35.2)	16 (7.5)	16 (7.5)	213 (100.0)	6	219	9.69	4.83	
50~ (%)	13 (10.5)	59 (47.6)	38 (30.6)	8 (6.5)	6 (4.8)	124 (100.0)	3	127	9.34	4.43	
60~ (%)	1 (3.3)	14 (46.7)	9 (30.0)	1 (3.3)	5 (16.7)	30 (100.0)		30	10.80	5.86	
70~ (%)	3 (20.0)	8 (53.3)	3 (20.0)		1 (6.7)	15 (100.0)		15	8.53	3.98	
80~ (%)		2 (25.0)	3 (37.5)	1 (12.5)	2 (25.0)	8 (100.0)		8	13.00	4.81	
90~ (%)											
100~ (%)											
110~ (%)											
120~ (%)											
合計 (%)	48 (10.3)	204 (43.7)	152 (32.5)	29 (6.2)	34 (7.3)	467 (100.0)	14	481	9.52	4.70	
記載なし (%)		9 (45.0)	9 (45.0)	1 (5.0)	1 (5.0)	20 (100.0)	1	21	10.25	2.86	
総計 (%)	48 (9.9)	213 (43.7)	161 (33.1)	30 (6.2)	35 (7.2)	487 (100.0)	15	502	9.55	4.64	
平均	48.23	48.95	48.85	48.78	50.81	48.97	43.43	48.81			
標準偏差	10.08	10.33	9.75	8.04	12.95	10.18	7.05	10.14			

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査