

表 2053 HDF希釈方法 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別 (オフラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)		1 (100.0)			1 (100.0)			1
0.4～ (%)	1 (20.0)	4 (80.0)			5 (100.0)		2	7
0.6～ (%)	5 (29.4)	12 (70.6)			17 (100.0)		3	20
0.8～ (%)	12 (16.4)	61 (83.6)			73 (100.0)		16	89
1.0～ (%)	54 (17.6)	251 (82.0)	1 (0.3)		306 (100.0)		74	380
1.2～ (%)	97 (14.1)	591 (85.7)	1 (0.1)	1 (0.1)	690 (100.0)		147	837
1.4～ (%)	103 (13.1)	683 (86.9)			786 (100.0)		140	926
1.6～ (%)	38 (9.6)	358 (90.2)		1 (0.3)	397 (100.0)		52	449
1.8～ (%)	11 (7.6)	134 (92.4)			145 (100.0)		15	160
2.0～ (%)	6 (9.4)	58 (90.6)			64 (100.0)		14	78
合計 (%)	327 (13.2)	2,153 (86.7)	2 (0.1)	2 (0.1)	2,484 (100.0)		463	2,947
記載なし (%)	24 (17.0)	115 (81.6)	1 (0.7)	1 (0.7)	141 (100.0)		47	188
総計 (%)	351 (13.4)	2,268 (86.4)	3 (0.1)	3 (0.1)	2,625 (100.0)		510	3,135
平均	1.39	1.45	1.20	1.50	1.44		1.40	1.43
標準偏差	0.25	0.26	0.27	0.28	0.26		0.27	0.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査