

表 2115 HDF希釈方法 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（オンラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前クレアチニン 濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	2 (66.7)			1 (33.3)	3 (100.0)			3
2～ (%)	42 (84.0)	2 (4.0)		6 (12.0)	50 (100.0)		3	53
4～ (%)	331 (89.5)	18 (4.9)		21 (5.7)	370 (100.0)		25	395
6～ (%)	1,456 (91.1)	77 (4.8)		66 (4.1)	1,599 (100.0)		103	1,702
8～ (%)	3,126 (91.8)	151 (4.4)		128 (3.8)	3,405 (100.0)		223	3,628
10～ (%)	2,948 (92.9)	138 (4.3)		87 (2.7)	3,173 (100.0)		178	3,351
12～ (%)	987 (92.8)	49 (4.6)		28 (2.6)	1,064 (100.0)		80	1,144
14～ (%)	144 (92.9)	8 (5.2)		3 (1.9)	155 (100.0)		12	167
16～ (%)	27 (96.4)	1 (3.6)			28 (100.0)		1	29
合計 (%)	9,063 (92.0)	444 (4.5)		340 (3.5)	9,847 (100.0)		625	10,472
記載なし (%)	131 (70.4)	16 (8.6)		39 (21.0)	186 (100.0)		47	233
総計 (%)	9,194 (91.6)	460 (4.6)		379 (3.8)	10,033 (100.0)		672	10,705
平均	9.66	9.66		9.10	9.64		9.66	9.64
標準偏差	2.12	2.11		2.23	2.13		2.16	2.13

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査