

表 2124 HDF希釈方法 equilibrated Kt/V(eKt/V)別 (オンラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	7 (87.5)	1 (12.5)			8 (100.0)			8
0.4～ (%)	18 (90.0)	1 (5.0)		1 (5.0)	20 (100.0)			20
0.6～ (%)	180 (93.8)	8 (4.2)		4 (2.1)	192 (100.0)		14	206
0.8～ (%)	1,361 (91.5)	61 (4.1)		65 (4.4)	1,487 (100.0)		92	1,579
1.0～ (%)	4,515 (92.4)	189 (3.9)		183 (3.7)	4,887 (100.0)		282	5,169
1.2～ (%)	5,125 (92.1)	264 (4.7)		177 (3.2)	5,566 (100.0)		337	5,903
1.4～ (%)	2,552 (93.2)	116 (4.2)		70 (2.6)	2,738 (100.0)	1	148	2,887
1.6～ (%)	830 (93.5)	35 (3.9)		23 (2.6)	888 (100.0)		54	942
1.8～ (%)	295 (95.8)	11 (3.6)		2 (0.6)	308 (100.0)		16	324
2.0～ (%)	203 (96.7)	5 (2.4)		2 (1.0)	210 (100.0)		5	215
合計 (%)	15,086 (92.5)	691 (4.2)		527 (3.2)	16,304 (100.0)	1	948	17,253
記載なし (%)	782 (85.4)	39 (4.3)		95 (10.4)	916 (100.0)		82	998
総計 (%)	15,868 (92.1)	730 (4.2)		622 (3.6)	17,220 (100.0)	1	1,030	18,251
平均	1.27	1.26		1.22	1.27	1.56	1.26	1.27
標準偏差	0.25	0.24		0.22	0.25		0.23	0.25

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査