

表 1933 透析時間(時間/回) 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前クレアチニン濃度	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満 (%)		1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)							3 (100.0)		3	3.50	0.50
2～ (%)	2 (1.4)	34 (23.1)	13 (8.8)	93 (63.3)	1 (0.7)	2 (1.4)	1 (0.7)	1 (0.7)			147 (100.0)		147	3.76	0.53
4～ (%)	5 (0.5)	134 (14.6)	89 (9.7)	609 (66.4)	36 (3.9)	40 (4.4)	2 (0.2)	2 (0.2)			917 (100.0)	1	918	3.88	0.48
6～ (%)	9 (0.2)	288 (7.7)	288 (7.7)	2,542 (67.9)	255 (6.8)	311 (8.3)	24 (0.6)	18 (0.5)	3 (0.1)	5 (0.1)	3,743 (100.0)	7	3,750	4.04	0.51
8～ (%)	16 (0.2)	391 (4.5)	575 (6.6)	5,893 (67.5)	797 (9.1)	921 (10.5)	49 (0.6)	80 (0.9)	5 (0.1)	8 (0.1)	8,735 (100.0)	12	8,747	4.12	0.50
10～ (%)	17 (0.2)	285 (2.8)	517 (5.1)	6,806 (67.2)	1,127 (11.1)	1,220 (12.0)	61 (0.6)	84 (0.8)	7 (0.1)	11 (0.1)	10,135 (100.0)	12	10,147	4.16	0.48
12～ (%)	7 (0.1)	158 (2.4)	318 (4.8)	4,371 (66.0)	830 (12.5)	828 (12.5)	46 (0.7)	61 (0.9)	1 (0.0)	7 (0.1)	6,627 (100.0)	11	6,638	4.19	0.48
14～ (%)	2 (0.1)	60 (2.1)	113 (4.0)	1,866 (66.3)	384 (13.6)	349 (12.4)	20 (0.7)	18 (0.6)		3 (0.1)	2,815 (100.0)	5	2,820	4.19	0.46
16～ (%)	1 (0.1)	24 (2.3)	34 (3.3)	721 (69.0)	145 (13.9)	111 (10.6)	8 (0.8)	1 (0.1)			1,045 (100.0)	3	1,048	4.16	0.42
合計 (%)	59 (0.2)	1,375 (4.0)	1,948 (5.7)	22,902 (67.0)	3,575 (10.5)	3,782 (11.1)	211 (0.6)	265 (0.8)	16 (0.0)	34 (0.1)	34,167 (100.0)	51	34,218	4.14	0.49
記載なし (%)	4 (0.6)	70 (11.4)	49 (8.0)	401 (65.1)	51 (8.3)	41 (6.7)					616 (100.0)	137	753	3.96	0.47
総計 (%)	63 (0.2)	1,445 (4.2)	1,997 (5.7)	23,303 (67.0)	3,626 (10.4)	3,823 (11.0)	211 (0.6)	265 (0.8)	16 (0.0)	34 (0.1)	34,783 (100.0)	188	34,971	4.13	0.49
平均	9.45	9.28	10.11	10.71	11.30	11.08	10.98	10.73	9.87	10.54	10.72	10.95	10.72		
標準偏差	3.02	2.88	2.65	2.66	2.49	2.47	2.62	2.18	1.77	2.46	2.66	2.87	2.66		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査