

表 1934 透析時間(時間/回) single pool Kt/V(Kt/Vsp)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)		3 (15.8)	1 (5.3)	12 (63.2)		3 (15.8)					19 (100.0)		19	3.99	0.59
0.4～ (%)		5 (26.3)	1 (5.3)	9 (47.4)	1 (5.3)	3 (15.8)					19 (100.0)		19	3.90	0.67
0.6～ (%)	5 (6.0)	35 (41.7)	4 (4.8)	34 (40.5)	3 (3.6)	1 (1.2)	1 (1.2)	1 (1.2)			84 (100.0)		84	3.53	0.69
0.8～ (%)	10 (1.6)	175 (28.3)	65 (10.5)	331 (53.6)	25 (4.0)	11 (1.8)		1 (0.2)			618 (100.0)		618	3.70	0.52
1.0～ (%)	23 (0.8)	385 (13.2)	302 (10.4)	1,969 (67.5)	140 (4.8)	88 (3.0)	5 (0.2)	3 (0.1)		1 (0.0)	2,916 (100.0)		2,916	3.88	0.46
1.2～ (%)	10 (0.1)	381 (5.1)	598 (8.0)	5,576 (74.3)	578 (7.7)	347 (4.6)	10 (0.1)	5 (0.1)	1 (0.0)		7,506 (100.0)		7,506	4.01	0.38
1.4～ (%)	5 (0.1)	204 (2.3)	520 (5.8)	6,527 (72.7)	950 (10.6)	727 (8.1)	20 (0.2)	18 (0.2)	1 (0.0)		8,972 (100.0)		8,972	4.10	0.39
1.6～ (%)	2 (0.0)	69 (1.0)	257 (3.9)	4,571 (68.5)	830 (12.4)	860 (12.9)	43 (0.6)	38 (0.6)		3 (0.0)	6,673 (100.0)		6,673	4.20	0.43
1.8～ (%)		20 (0.6)	91 (2.6)	2,063 (58.3)	542 (15.3)	729 (20.6)	36 (1.0)	51 (1.4)	2 (0.1)	6 (0.2)	3,540 (100.0)		3,540	4.33	0.51
2.0～ (%)		14 (0.5)	31 (1.2)	902 (35.1)	441 (17.2)	922 (35.9)	90 (3.5)	140 (5.5)	6 (0.2)	22 (0.9)	2,568 (100.0)		2,568	4.65	0.66
合計 (%)	55 (0.2)	1,291 (3.9)	1,870 (5.7)	21,994 (66.8)	3,510 (10.7)	3,691 (11.2)	205 (0.6)	257 (0.8)	10 (0.0)	32 (0.1)	32,915 (100.0)		32,915	4.14	0.49
記載なし (%)	8 (0.4)	154 (8.2)	127 (6.8)	1,309 (70.1)	116 (6.2)	132 (7.1)	6 (0.3)	8 (0.4)	6 (0.3)	2 (0.1)	1,868 (100.0)	188	2,056	4.02	0.50
総計 (%)	63 (0.2)	1,445 (4.2)	1,997 (5.7)	23,303 (67.0)	3,626 (10.4)	3,823 (11.0)	211 (0.6)	265 (0.8)	16 (0.0)	34 (0.1)	34,783 (100.0)	188	34,971	4.13	0.49
平均	1.11	1.23	1.40	1.50	1.64	1.78	1.94	2.07	2.01	2.17	1.54		1.54		
標準偏差	0.23	0.27	0.26	0.27	0.31	0.34	0.40	0.42	0.36	0.38	0.31		0.31		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査