

表 1935 透析時間(時間/回) equilibrated Kt/V(eKt/V)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)		4 (20.0)	1 (5.0)	12 (60.0)		3 (15.0)					20 (100.0)		20	3.95	0.61
0.4～ (%)	6 (13.6)	12 (27.3)	4 (9.1)	18 (40.9)	1 (2.3)	3 (6.8)					44 (100.0)		44	3.51	0.81
0.6～ (%)	23 (6.8)	142 (42.3)	50 (14.9)	107 (31.8)	9 (2.7)	2 (0.6)	1 (0.3)	2 (0.6)			336 (100.0)		336	3.46	0.56
0.8～ (%)	19 (0.9)	460 (20.8)	372 (16.8)	1,227 (55.5)	103 (4.7)	28 (1.3)	2 (0.1)				2,211 (100.0)		2,211	3.75	0.47
1.0～ (%)	6 (0.1)	436 (5.8)	751 (10.0)	5,506 (73.4)	546 (7.3)	244 (3.3)	7 (0.1)	5 (0.1)		1 (0.0)	7,502 (100.0)		7,502	3.98	0.37
1.2～ (%)	1 (0.0)	182 (1.8)	491 (4.8)	7,627 (75.2)	1,121 (11.1)	685 (6.8)	20 (0.2)	11 (0.1)	1 (0.0)		10,139 (100.0)		10,139	4.10	0.36
1.4～ (%)		39 (0.5)	165 (2.3)	5,001 (70.1)	906 (12.7)	939 (13.2)	46 (0.6)	33 (0.5)	1 (0.0)		7,130 (100.0)		7,130	4.21	0.41
1.6～ (%)		12 (0.4)	24 (0.7)	1,913 (56.7)	500 (14.8)	823 (24.4)	40 (1.2)	51 (1.5)	2 (0.1)	7 (0.2)	3,372 (100.0)		3,372	4.38	0.52
1.8～ (%)		3 (0.2)	8 (0.6)	449 (34.8)	225 (17.4)	520 (40.2)	39 (3.0)	42 (3.3)	2 (0.2)	4 (0.3)	1,292 (100.0)		1,292	4.62	0.57
2.0～ (%)	1 (0.1)	3 (0.3)	5 (0.6)	142 (16.0)	101 (11.3)	450 (50.6)	51 (5.7)	112 (12.6)	5 (0.6)	20 (2.2)	890 (100.0)		890	5.00	0.73
合計 (%)	56 (0.2)	1,293 (3.9)	1,871 (5.7)	22,002 (66.8)	3,512 (10.7)	3,697 (11.2)	206 (0.6)	256 (0.8)	11 (0.0)	32 (0.1)	32,936 (100.0)		32,936	4.14	0.49
記載なし (%)	7 (0.4)	152 (8.2)	126 (6.8)	1,301 (70.4)	114 (6.2)	126 (6.8)	5 (0.3)	9 (0.5)	5 (0.3)	2 (0.1)	1,847 (100.0)	188	2,035	4.02	0.49
総計 (%)	63 (0.2)	1,445 (4.2)	1,997 (5.7)	23,303 (67.0)	3,626 (10.4)	3,823 (11.0)	211 (0.6)	265 (0.8)	16 (0.0)	34 (0.1)	34,783 (100.0)	188	34,971	4.13	0.49
平均	0.82	1.02	1.15	1.32	1.42	1.62	1.75	1.94	1.95	2.10	1.35		1.35		
標準偏差	0.25	0.23	0.21	0.23	0.26	0.32	0.38	0.41	0.44	0.40	0.29		0.29		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査