

表 1994 血流量(ml/分) single pool Kt/V(Kt/Vsp)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

| single pool Kt/V<br>(Kt/Vsp) | 100未満      | 100～        | 120～        | 140～         | 160～         | 180～           | 200～             | 220～            | 240～            | 260～         | 280～         | 300～           | 350～         | 400～         | 合計                | 記載なし | 総計     | 平均     | 標準偏差  |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------|--------|--------|-------|
| 0.4未満<br>(%)                 |            |             |             | 5<br>(26.3)  |              |                | 4<br>(21.1)      | 2<br>(10.5)     | 5<br>(26.3)     | 1<br>(5.3)   | 1<br>(5.3)   | 1<br>(5.3)     |              |              | 19<br>(100.0)     |      | 19     | 215.79 | 48.34 |
| 0.4～<br>(%)                  |            |             | 1<br>(5.3)  | 4<br>(21.1)  |              | 2<br>(10.5)    | 9<br>(47.4)      | 3<br>(15.8)     |                 |              |              |                |              |              | 19<br>(100.0)     |      | 19     | 187.37 | 28.25 |
| 0.6～<br>(%)                  |            | 4<br>(4.8)  | 5<br>(6.0)  | 20<br>(23.8) | 2<br>(2.4)   | 7<br>(8.3)     | 29<br>(34.5)     | 10<br>(11.9)    | 6<br>(7.1)      | 1<br>(1.2)   |              |                |              |              | 84<br>(100.0)     |      | 84     | 184.05 | 39.27 |
| 0.8～<br>(%)                  |            | 4<br>(0.6)  | 6<br>(1.0)  | 76<br>(12.3) | 18<br>(2.9)  | 67<br>(10.8)   | 246<br>(39.8)    | 83<br>(13.4)    | 92<br>(14.9)    | 4<br>(0.6)   | 8<br>(1.3)   | 13<br>(2.1)    | 1<br>(0.2)   |              | 618<br>(100.0)    |      | 618    | 203.70 | 36.16 |
| 1.0～<br>(%)                  | 1<br>(0.0) | 4<br>(0.1)  | 13<br>(0.4) | 161<br>(5.5) | 55<br>(1.9)  | 261<br>(9.0)   | 1,140<br>(39.2)  | 460<br>(15.8)   | 582<br>(20.0)   | 60<br>(2.1)  | 54<br>(1.9)  | 97<br>(3.3)    | 14<br>(0.5)  | 4<br>(0.1)   | 2,906<br>(100.0)  | 10   | 2,916  | 215.21 | 36.63 |
| 1.2～<br>(%)                  |            | 2<br>(0.0)  | 15<br>(0.2) | 235<br>(3.1) | 121<br>(1.6) | 566<br>(7.6)   | 2,624<br>(35.1)  | 1,440<br>(19.2) | 1,741<br>(23.3) | 213<br>(2.8) | 177<br>(2.4) | 308<br>(4.1)   | 36<br>(0.5)  | 7<br>(0.1)   | 7,485<br>(100.0)  | 21   | 7,506  | 221.11 | 35.28 |
| 1.4～<br>(%)                  |            | 2<br>(0.0)  | 9<br>(0.1)  | 212<br>(2.4) | 129<br>(1.4) | 698<br>(7.8)   | 3,015<br>(33.7)  | 1,499<br>(16.8) | 2,202<br>(24.6) | 278<br>(3.1) | 243<br>(2.7) | 571<br>(6.4)   | 57<br>(0.6)  | 20<br>(0.2)  | 8,935<br>(100.0)  | 37   | 8,972  | 224.96 | 37.63 |
| 1.6～<br>(%)                  |            | 7<br>(0.1)  | 7<br>(0.1)  | 110<br>(1.7) | 98<br>(1.5)  | 442<br>(6.6)   | 2,207<br>(33.2)  | 1,103<br>(16.6) | 1,657<br>(24.9) | 196<br>(2.9) | 221<br>(3.3) | 522<br>(7.8)   | 60<br>(0.9)  | 23<br>(0.3)  | 6,653<br>(100.0)  | 20   | 6,673  | 228.20 | 39.32 |
| 1.8～<br>(%)                  |            | 1<br>(0.0)  | 1<br>(0.0)  | 35<br>(1.0)  | 39<br>(1.1)  | 154<br>(4.4)   | 1,134<br>(32.3)  | 680<br>(19.4)   | 889<br>(25.3)   | 100<br>(2.8) | 108<br>(3.1) | 289<br>(8.2)   | 50<br>(1.4)  | 34<br>(1.0)  | 3,514<br>(100.0)  | 26   | 3,540  | 232.37 | 41.57 |
| 2.0～<br>(%)                  |            | 1<br>(0.0)  |             | 10<br>(0.4)  | 18<br>(0.7)  | 86<br>(3.4)    | 590<br>(23.1)    | 412<br>(16.2)   | 685<br>(26.9)   | 110<br>(4.3) | 101<br>(4.0) | 363<br>(14.2)  | 87<br>(3.4)  | 87<br>(3.4)  | 2,550<br>(100.0)  | 18   | 2,568  | 249.41 | 52.71 |
| 合計<br>(%)                    | 1<br>(0.0) | 25<br>(0.1) | 57<br>(0.2) | 868<br>(2.6) | 480<br>(1.5) | 2,283<br>(7.0) | 10,998<br>(33.5) | 5,692<br>(17.4) | 7,859<br>(24.0) | 963<br>(2.9) | 913<br>(2.8) | 2,164<br>(6.6) | 305<br>(0.9) | 175<br>(0.5) | 32,783<br>(100.0) | 132  | 32,915 | 226.04 | 40.16 |
| 記載なし<br>(%)                  |            | 2<br>(0.1)  | 6<br>(0.3)  | 56<br>(3.2)  | 20<br>(1.2)  | 140<br>(8.1)   | 676<br>(38.9)    | 273<br>(15.7)   | 411<br>(23.6)   | 19<br>(1.1)  | 27<br>(1.6)  | 87<br>(5.0)    | 13<br>(0.7)  | 8<br>(0.5)   | 1,738<br>(100.0)  | 318  | 2,056  | 220.68 | 38.43 |
| 総計<br>(%)                    | 1<br>(0.0) | 27<br>(0.1) | 63<br>(0.2) | 924<br>(2.7) | 500<br>(1.4) | 2,423<br>(7.0) | 11,674<br>(33.8) | 5,965<br>(17.3) | 8,270<br>(24.0) | 982<br>(2.8) | 940<br>(2.7) | 2,251<br>(6.5) | 318<br>(0.9) | 183<br>(0.5) | 34,521<br>(100.0) | 450  | 34,971 | 225.77 | 40.09 |
| 平均                           | 1.05       | 1.28        | 1.24        | 1.34         | 1.48         | 1.47           | 1.51             | 1.54            | 1.56            | 1.59         | 1.60         | 1.68           | 1.78         | 2.02         | 1.54              | 1.64 | 1.54   |        |       |
| 標準偏差                         |            | 0.42        | 0.31        | 0.30         | 0.29         | 0.28           | 0.29             | 0.30            | 0.30            | 0.32         | 0.32         | 0.34           | 0.39         | 0.42         | 0.31              | 0.31 | 0.31   |        |       |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2014年調査