

表 2026 HDF希釈方法 血流量(ml/分)別（オフラインHDF 透析回数週3回）

血流量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)								
100～ (%)	3 (33.3)	6 (66.7)			9 (100.0)		3	12
120～ (%)	8 (32.0)	17 (68.0)			25 (100.0)		9	34
140～ (%)	63 (23.4)	205 (76.2)	1 (0.4)		269 (100.0)		67	336
160～ (%)	23 (19.2)	96 (80.0)		1 (0.8)	120 (100.0)		25	145
180～ (%)	71 (12.8)	484 (87.1)	1 (0.2)		556 (100.0)		114	670
200～ (%)	258 (13.1)	1,712 (86.7)	3 (0.2)	1 (0.1)	1,974 (100.0)		418	2,392
220～ (%)	84 (10.9)	686 (88.9)		2 (0.3)	772 (100.0)		138	910
240～ (%)	98 (13.1)	648 (86.9)			746 (100.0)		109	855
260～ (%)	2 (2.0)	97 (97.0)		1 (1.0)	100 (100.0)		13	113
280～ (%)	4 (4.7)	82 (95.3)			86 (100.0)		15	101
300～ (%)	15 (11.4)	117 (88.6)			132 (100.0)		12	144
350～ (%)	2 (18.2)	9 (81.8)			11 (100.0)		1	12
400～ (%)		6 (100.0)			6 (100.0)		6	12
合計 (%)	631 (13.1)	4,165 (86.7)	5 (0.1)	5 (0.1)	4,806 (100.0)		930	5,736
記載なし (%)	3 (9.4)	29 (90.6)			32 (100.0)		60	92
総計 (%)	634 (13.1)	4,194 (86.7)	5 (0.1)	5 (0.1)	4,838 (100.0)		990	5,828
平均	204.47	212.15	186.00	216.00	211.11		206.84	210.42
標準偏差	35.98	34.99	21.91	33.62	35.21		39.75	36.01

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査