

表 2031 HDF希釈方法 体重減少量(kg)別（オフラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)		9 (100.0)			9 (100.0)		3	12
0.0～ (%)	33 (18.1)	149 (81.9)			182 (100.0)		45	227
1.0～ (%)	151 (14.8)	866 (85.1)		1 (0.1)	1,018 (100.0)		188	1,206
2.0～ (%)	233 (12.2)	1,674 (87.6)	2 (0.1)	3 (0.2)	1,912 (100.0)		365	2,277
3.0～ (%)	113 (11.9)	832 (87.9)	2 (0.2)		947 (100.0)		179	1,126
4.0～ (%)	24 (9.2)	235 (90.4)	1 (0.4)		260 (100.0)		39	299
5.0～ (%)	3 (7.5)	37 (92.5)			40 (100.0)		8	48
6.0～ (%)	2 (22.2)	7 (77.8)			9 (100.0)			9
7.0～ (%)		2 (100.0)			2 (100.0)		1	3
8.0～ (%)		4 (100.0)			4 (100.0)			4
合計 (%)	559 (12.8)	3,815 (87.0)	5 (0.1)	4 (0.1)	4,383 (100.0)		828	5,211
記載なし (%)	6 (8.6)	64 (91.4)			70 (100.0)		39	109
総計 (%)	565 (12.7)	3,879 (87.1)	5 (0.1)	4 (0.1)	4,453 (100.0)		867	5,320
平均	2.38	2.53	3.16	2.38	2.51		2.45	2.50
標準偏差	0.97	1.08	0.59	0.39	1.07		0.97	1.05

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査