

表 2036 HDF希釈方法 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 別 (オフラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)		2 (100.0)			2 (100.0)		2	4
0.4～ (%)	1 (12.5)	7 (87.5)			8 (100.0)		2	10
0.6～ (%)	6 (26.1)	17 (73.9)			23 (100.0)		4	27
0.8～ (%)	20 (21.7)	72 (78.3)			92 (100.0)		24	116
1.0～ (%)	65 (17.9)	298 (81.9)	1 (0.3)		364 (100.0)		85	449
1.2～ (%)	131 (14.9)	746 (84.9)	1 (0.1)	1 (0.1)	879 (100.0)		191	1,070
1.4～ (%)	152 (12.7)	1,044 (87.2)	1 (0.1)		1,197 (100.0)		210	1,407
1.6～ (%)	88 (9.8)	809 (89.9)	1 (0.1)	2 (0.2)	900 (100.0)		134	1,034
1.8～ (%)	42 (9.3)	408 (90.7)			450 (100.0)		78	528
2.0～ (%)	27 (8.6)	287 (91.4)			314 (100.0)		53	367
合計 (%)	532 (12.6)	3,690 (87.3)	4 (0.1)	3 (0.1)	4,229 (100.0)		783	5,012
記載なし (%)	33 (14.7)	189 (84.4)	1 (0.4)	1 (0.4)	224 (100.0)		84	308
総計 (%)	565 (12.7)	3,879 (87.1)	5 (0.1)	4 (0.1)	4,453 (100.0)		867	5,320
平均	1.47	1.55	1.37	1.59	1.54		1.50	1.53
標準偏差	0.30	0.31	0.26	0.25	0.31		0.32	0.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査