

表 2039 HDF希釈方法 %クレアチニン産生速度(%)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	41 (15.4)	226 (84.6)			267 (100.0)		67	334
60～ (%)	29 (12.2)	209 (87.8)			238 (100.0)		42	280
70～ (%)	53 (13.6)	338 (86.4)			391 (100.0)		74	465
80～ (%)	69 (12.9)	465 (87.1)			534 (100.0)		97	631
90～ (%)	94 (14.9)	535 (84.9)	1 (0.2)		630 (100.0)		139	769
100～ (%)	84 (11.2)	666 (88.4)	1 (0.1)	2 (0.3)	753 (100.0)		126	879
110～ (%)	74 (12.0)	543 (87.9)		1 (0.2)	618 (100.0)		105	723
120～ (%)	44 (10.3)	385 (89.7)			429 (100.0)		67	496
130～ (%)	25 (10.9)	203 (88.6)	1 (0.4)		229 (100.0)		38	267
140～ (%)	19 (13.2)	124 (86.1)	1 (0.7)		144 (100.0)		29	173
合計 (%)	532 (12.6)	3,694 (87.3)	4 (0.1)	3 (0.1)	4,233 (100.0)		784	5,017
記載なし (%)	33 (15.0)	185 (84.1)	1 (0.5)	1 (0.5)	220 (100.0)		83	303
総計 (%)	565 (12.7)	3,879 (87.1)	5 (0.1)	4 (0.1)	4,453 (100.0)		867	5,320
平均	96.86	99.04	116.38	110.87	98.79		97.33	98.57
標準偏差	24.72	24.60	24.00	6.03	24.62		26.59	24.94

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査