

表 2044 HDF希釈方法 PTH値(pg/mL)別（オフラインHDF 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	31 (11.8)	231 (88.2)			262 (100.0)		52	314
20～ (%)	49 (17.0)	240 (83.0)			289 (100.0)		49	338
40～ (%)	49 (13.4)	318 (86.6)			367 (100.0)		71	438
60～ (%)	42 (12.5)	295 (87.5)			337 (100.0)		58	395
80～ (%)	48 (14.2)	290 (85.5)	1 (0.3)		339 (100.0)		68	407
100～ (%)	43 (12.2)	309 (87.5)	1 (0.3)		353 (100.0)		73	426
120～ (%)	45 (13.7)	283 (86.3)			328 (100.0)		66	394
140～ (%)	37 (12.9)	247 (86.4)	1 (0.3)	1 (0.3)	286 (100.0)		43	329
160～ (%)	27 (11.4)	208 (88.1)		1 (0.4)	236 (100.0)		55	291
180～ (%)	66 (11.9)	489 (87.9)		1 (0.2)	556 (100.0)		109	665
240～ (%)		11 (100.0)			11 (100.0)		3	14
241～ (%)	42 (12.6)	291 (87.4)			333 (100.0)		61	394
300～ (%)	25 (12.6)	172 (86.4)	1 (0.5)	1 (0.5)	199 (100.0)		43	242
360～ (%)	12 (10.3)	105 (89.7)			117 (100.0)		28	145
420～ (%)	7 (12.5)	49 (87.5)			56 (100.0)		21	77
480～ (%)	6 (24.0)	18 (72.0)		1 (4.0)	25 (100.0)		1	26
500～ (%)	2 (6.9)	27 (93.1)			29 (100.0)		3	32
540～ (%)	4 (14.3)	24 (85.7)			28 (100.0)		9	37
600～ (%)	10 (19.6)	41 (80.4)			51 (100.0)		10	61
800～ (%)	10 (20.4)	39 (79.6)			49 (100.0)		14	63
合計 (%)	555 (13.1)	3,687 (86.7)	4 (0.1)	5 (0.1)	4,251 (100.0)		837	5,088
記載なし (%)	11 (13.3)	72 (86.7)			83 (100.0)		19	102
総計 (%)	566 (13.1)	3,759 (86.7)	4 (0.1)	5 (0.1)	4,334 (100.0)		856	5,190
平均	178.52	168.55	170.75	267.60	169.97		183.43	172.19
標準偏差	212.07	163.87	101.55	142.07	170.89		213.78	178.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査