

表 2085 HDF希釈方法 1セッションあたりの置換液量(L)別（オンラインHDF 透析回数週3回）

1セッションあたりの 置換液量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1未満 (%)								
1～ (%)	413 (32.3)	87 (6.8)		779 (60.9)	1,279 (100.0)			1,279
5～ (%)	593 (55.4)	476 (44.4)		2 (0.2)	1,071 (100.0)			1,071
10～ (%)	713 (58.9)	495 (40.9)		3 (0.2)	1,211 (100.0)			1,211
15～ (%)	597 (84.9)	104 (14.8)		2 (0.3)	703 (100.0)			703
20～ (%)	4,260 (97.0)	134 (3.0)			4,394 (100.0)			4,394
30～ (%)	5,242 (100.0)	2 (0.0)			5,244 (100.0)			5,244
40～ (%)	10,344 (100.0)				10,344 (100.0)			10,344
50～ (%)	2,097 (100.0)				2,097 (100.0)			2,097
60～ (%)	2,634 (100.0)				2,634 (100.0)			2,634
70～ (%)	548 (100.0)				548 (100.0)			548
80～ (%)	297 (100.0)				297 (100.0)			297
90～ (%)	146 (100.0)				146 (100.0)			146
合計 (%)	27,884 (93.0)	1,298 (4.3)		786 (2.6)	29,968 (100.0)			29,968
記載なし (%)	899 (63.3)	28 (2.0)		494 (34.8)	1,421 (100.0)	1	1,910	3,332
総計 (%)	28,783 (91.7)	1,326 (4.2)		1,280 (4.1)	31,389 (100.0)	1	1,910	33,300
平均	39.73	10.58		1.48	37.46			37.46
標準偏差	15.86	5.01		1.26	17.47			17.47

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査