

表 2092 HDF希釈方法 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前クレアチニン 濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	2 (66.7)			1 (33.3)	3 (100.0)			3
2～ (%)	87 (87.0)	4 (4.0)		9 (9.0)	100 (100.0)		6	106
4～ (%)	573 (89.3)	33 (5.1)		36 (5.6)	642 (100.0)		34	676
6～ (%)	2,516 (90.9)	118 (4.3)		133 (4.8)	2,767 (100.0)		161	2,928
8～ (%)	6,096 (91.9)	294 (4.4)		246 (3.7)	6,636 (100.0)	1	400	7,037
10～ (%)	7,504 (92.9)	332 (4.1)		245 (3.0)	8,081 (100.0)		448	8,529
12～ (%)	4,952 (92.7)	224 (4.2)		166 (3.1)	5,342 (100.0)		349	5,691
14～ (%)	2,148 (93.3)	103 (4.5)		52 (2.3)	2,303 (100.0)		146	2,449
16～ (%)	790 (93.6)	39 (4.6)		15 (1.8)	844 (100.0)		67	911
合計 (%)	24,668 (92.3)	1,147 (4.3)		903 (3.4)	26,718 (100.0)	1	1,611	28,330
記載なし (%)	394 (73.6)	43 (8.0)		98 (18.3)	535 (100.0)		91	626
総計 (%)	25,062 (92.0)	1,190 (4.4)		1,001 (3.7)	27,253 (100.0)	1	1,702	28,956
平均	10.83	10.80		10.20	10.81	9.00	10.95	10.82
標準偏差	2.63	2.67		2.66	2.64		2.70	2.64

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査