

表 2093 HDF希釈方法 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	11 (84.6)	1 (7.7)		1 (7.7)	13 (100.0)		1	14
0.4～ (%)	7 (87.5)	1 (12.5)			8 (100.0)		1	9
0.6～ (%)	46 (93.9)	1 (2.0)		2 (4.1)	49 (100.0)		4	53
0.8～ (%)	429 (93.1)	17 (3.7)		15 (3.3)	461 (100.0)		32	493
1.0～ (%)	2,097 (92.3)	92 (4.0)		84 (3.7)	2,273 (100.0)		138	2,411
1.2～ (%)	5,431 (91.8)	255 (4.3)		231 (3.9)	5,917 (100.0)		360	6,277
1.4～ (%)	6,392 (91.9)	321 (4.6)		245 (3.5)	6,958 (100.0)		416	7,374
1.6～ (%)	4,850 (93.0)	224 (4.3)		141 (2.7)	5,215 (100.0)	1	304	5,520
1.8～ (%)	2,557 (92.3)	135 (4.9)		78 (2.8)	2,770 (100.0)		184	2,954
2.0～ (%)	1,944 (94.3)	81 (3.9)		36 (1.7)	2,061 (100.0)		108	2,169
合計 (%)	23,764 (92.4)	1,128 (4.4)		833 (3.2)	25,725 (100.0)	1	1,548	27,274
記載なし (%)	1,298 (84.9)	62 (4.1)		168 (11.0)	1,528 (100.0)		154	1,682
総計 (%)	25,062 (92.0)	1,190 (4.4)		1,001 (3.7)	27,253 (100.0)	1	1,702	28,956
平均	1.54	1.54		1.49	1.54	1.72	1.54	1.54
標準偏差	0.31	0.30		0.28	0.31		0.30	0.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査