

表 2133 1セッションあたりの置換液量(L) 透析時間(時間/回)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈)

透析時間	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3.0未満 (%)		2 (50.0)	1 (25.0)	1 (25.0)			4 (100.0)		4	4.50	4.36
3.0～ (%)		27 (37.0)	24 (32.9)	18 (24.7)		4 (5.5)	73 (100.0)	1	74	6.74	6.24
3.5～ (%)		2 (11.1)	11 (61.1)	3 (16.7)		2 (11.1)	18 (100.0)	2	20	8.78	6.00
4.0～ (%)		54 (12.8)	163 (38.7)	131 (31.1)	10 (2.4)	63 (15.0)	421 (100.0)	12	433	10.46	6.53
4.5～ (%)		2 (4.9)	7 (17.1)	21 (51.2)	1 (2.4)	10 (24.4)	41 (100.0)	1	42	13.34	8.09
5.0～ (%)		2 (3.9)	12 (23.5)	29 (56.9)	4 (7.8)	4 (7.8)	51 (100.0)	2	53	11.02	5.58
5.5～ (%)											
6.0～ (%)			1 (50.0)	1 (50.0)			2 (100.0)		2	11.00	4.24
6.5～ (%)				1 (100.0)			1 (100.0)		1	14.00	
7.0～ (%)				3 (100.0)			3 (100.0)		3	11.33	2.31
合計 (%)		89 (14.5)	219 (35.7)	208 (33.9)	15 (2.4)	83 (13.5)	614 (100.0)	18	632	10.18	6.65
記載なし (%)			1 (100.0)				1 (100.0)	1	2	8.00	
総計 (%)		89 (14.5)	220 (35.8)	208 (33.8)	15 (2.4)	83 (13.5)	615 (100.0)	19	634	10.18	6.64
平均		3.68	3.94	4.16	4.33	4.05	4.00	4.04	4.00		
標準偏差		0.57	0.47	0.67	0.52	0.36	0.57	0.47	0.57		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査