

表 2175 1セッションあたりの置換液量(L) single pool Kt/V(Kt/Vsp)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上 前希釈)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)		1 (9.1)				4 (36.4)		3 (27.3)	2 (18.2)	1 (9.1)				11 (100.0)		11	36.64	18.91
0.4～ (%)						3 (42.9)	1 (14.3)	3 (42.9)						7 (100.0)		7	34.43	10.74
0.6～ (%)		2 (4.3)	2 (4.3)	2 (4.3)	3 (6.5)	10 (21.7)	9 (19.6)	13 (28.3)	2 (4.3)	2 (4.3)	1 (2.2)			46 (100.0)		46	33.20	16.25
0.8～ (%)		6 (1.4)	24 (5.7)	25 (5.9)	26 (6.2)	88 (20.9)	91 (21.6)	127 (30.1)	20 (4.7)	7 (1.7)	3 (0.7)	5 (1.2)		422 (100.0)	7	429	32.29	15.12
1.0～ (%)		27 (1.3)	70 (3.4)	91 (4.4)	64 (3.1)	369 (17.9)	400 (19.4)	770 (37.3)	100 (4.8)	118 (5.7)	20 (1.0)	34 (1.6)	4 (0.2)	2,067 (100.0)	30	2,097	36.73	15.71
1.2～ (%)		59 (1.1)	115 (2.2)	165 (3.1)	92 (1.7)	879 (16.5)	1,044 (19.6)	2,103 (39.5)	338 (6.4)	364 (6.8)	68 (1.3)	73 (1.4)	19 (0.4)	5,319 (100.0)	112	5,431	38.66	15.21
1.4～ (%)		96 (1.5)	118 (1.9)	123 (2.0)	94 (1.5)	973 (15.5)	1,178 (18.8)	2,428 (38.8)	492 (7.9)	581 (9.3)	91 (1.5)	63 (1.0)	21 (0.3)	6,258 (100.0)	134	6,392	39.92	15.19
1.6～ (%)		68 (1.4)	74 (1.6)	91 (1.9)	70 (1.5)	599 (12.6)	850 (17.9)	1,853 (39.1)	412 (8.7)	535 (11.3)	103 (2.2)	51 (1.1)	33 (0.7)	4,739 (100.0)	111	4,850	41.67	15.57
1.8～ (%)		41 (1.6)	32 (1.3)	56 (2.2)	17 (0.7)	273 (10.9)	415 (16.6)	916 (36.7)	266 (10.7)	359 (14.4)	66 (2.6)	30 (1.2)	25 (1.0)	2,496 (100.0)	61	2,557	43.22	16.18
2.0～ (%)		18 (0.9)	21 (1.1)	29 (1.5)	23 (1.2)	143 (7.5)	249 (13.1)	579 (30.4)	274 (14.4)	389 (20.4)	128 (6.7)	20 (1.1)	30 (1.6)	1,903 (100.0)	41	1,944	47.34	16.72
合計 (%)		318 (1.4)	456 (2.0)	582 (2.5)	389 (1.7)	3,341 (14.4)	4,237 (18.2)	8,795 (37.8)	1,906 (8.2)	2,356 (10.1)	480 (2.1)	276 (1.2)	132 (0.6)	23,268 (100.0)	496	23,764	40.51	15.82
記載なし (%)		2 (0.2)	13 (1.3)	23 (2.3)	21 (2.1)	152 (15.0)	218 (21.5)	400 (39.5)	48 (4.7)	100 (9.9)	23 (2.3)	8 (0.8)	5 (0.5)	1,013 (100.0)	285	1,298	40.19	14.93
総計 (%)		320 (1.3)	469 (1.9)	605 (2.5)	410 (1.7)	3,493 (14.4)	4,455 (18.3)	9,195 (37.9)	1,954 (8.0)	2,456 (10.1)	503 (2.1)	284 (1.2)	137 (0.6)	24,281 (100.0)	781	25,062	40.50	15.79
平均		1.54	1.44	1.45	1.43	1.48	1.51	1.53	1.64	1.67	1.75	1.52	1.75	1.54	1.57	1.54		
標準偏差		0.29	0.31	0.32	0.32	0.28	0.29	0.29	0.34	0.34	0.39	0.34	0.36	0.31	0.31	0.31		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査