

表 2176 1セッションあたりの置換液量(L) equilibrated Kt/V(eKt/V) 別 (オンラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上 前希釈)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)		1 (8.3)				5 (41.7)		3 (25.0)	2 (16.7)	1 (8.3)				12 (100.0)		12	35.58	18.39
0.4～ (%)			1 (4.8)	2 (9.5)	1 (4.8)	2 (9.5)	5 (23.8)	8 (38.1)	1 (4.8)	1 (4.8)				21 (100.0)		21	35.48	15.01
0.6～ (%)		6 (2.8)	24 (11.4)	8 (3.8)	24 (11.4)	47 (22.3)	48 (22.7)	43 (20.4)	7 (3.3)	2 (0.9)	2 (0.9)			211 (100.0)	4	215	27.76	14.37
0.8～ (%)		16 (1.0)	65 (4.2)	87 (5.7)	67 (4.4)	292 (19.0)	334 (21.7)	490 (31.9)	75 (4.9)	72 (4.7)	12 (0.8)	27 (1.8)	1 (0.1)	1,538 (100.0)	26	1,564	34.91	15.76
1.0～ (%)		63 (1.2)	115 (2.2)	178 (3.3)	93 (1.7)	904 (16.9)	1,063 (19.9)	2,124 (39.7)	316 (5.9)	332 (6.2)	67 (1.3)	72 (1.3)	18 (0.3)	5,345 (100.0)	111	5,456	38.31	15.15
1.2～ (%)		107 (1.5)	128 (1.8)	130 (1.8)	100 (1.4)	1,118 (15.8)	1,311 (18.5)	2,831 (40.0)	541 (7.6)	624 (8.8)	93 (1.3)	77 (1.1)	23 (0.3)	7,083 (100.0)	151	7,234	39.89	15.03
1.4～ (%)		72 (1.4)	81 (1.6)	101 (2.0)	67 (1.3)	637 (12.6)	900 (17.8)	1,991 (39.4)	446 (8.8)	575 (11.4)	99 (2.0)	58 (1.1)	30 (0.6)	5,057 (100.0)	116	5,173	41.66	15.47
1.6～ (%)		41 (1.7)	22 (0.9)	54 (2.3)	20 (0.8)	232 (9.7)	381 (16.0)	877 (36.8)	270 (11.3)	363 (15.2)	71 (3.0)	24 (1.0)	31 (1.3)	2,386 (100.0)	57	2,443	43.93	16.26
1.8～ (%)		10 (1.1)	17 (1.8)	11 (1.2)	13 (1.4)	77 (8.2)	124 (13.3)	261 (27.9)	140 (15.0)	203 (21.7)	56 (6.0)	9 (1.0)	13 (1.4)	934 (100.0)	18	952	46.72	16.81
2.0～ (%)		3 (0.4)	4 (0.6)	11 (1.6)	4 (0.6)	29 (4.2)	71 (10.2)	171 (24.6)	109 (15.7)	185 (26.6)	81 (11.7)	9 (1.3)	18 (2.6)	695 (100.0)	13	708	51.98	16.97
合計 (%)		319 (1.4)	457 (2.0)	582 (2.5)	389 (1.7)	3,343 (14.4)	4,237 (18.2)	8,799 (37.8)	1,907 (8.2)	2,358 (10.1)	481 (2.1)	276 (1.2)	134 (0.6)	23,282 (100.0)	496	23,778	40.52	15.83
記載なし (%)		1 (0.1)	12 (1.2)	23 (2.3)	21 (2.1)	150 (15.0)	218 (21.8)	396 (39.6)	47 (4.7)	98 (9.8)	22 (2.2)	8 (0.8)	3 (0.3)	999 (100.0)	285	1,284	40.08	14.60
総計 (%)		320 (1.3)	469 (1.9)	605 (2.5)	410 (1.7)	3,493 (14.4)	4,455 (18.3)	9,195 (37.9)	1,954 (8.0)	2,456 (10.1)	503 (2.1)	284 (1.2)	137 (0.6)	24,281 (100.0)	781	25,062	40.50	15.79
平均		1.35	1.24	1.26	1.23	1.28	1.32	1.34	1.44	1.49	1.58	1.34	1.61	1.35	1.37	1.35		
標準偏差		0.27	0.30	0.29	0.30	0.25	0.27	0.26	0.32	0.33	0.39	0.32	0.39	0.29	0.28	0.29		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査