

表 2178 1セッションあたりの置換液量(L) %クレアチニン産生速度(%)別（オンラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上 前希釈）

%クレアチニン 産生速度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)		21 (2.0)	48 (4.6)	33 (3.1)	47 (4.5)	236 (22.4)	232 (22.0)	330 (31.3)	36 (3.4)	58 (5.5)	7 (0.7)	3 (0.3)	2 (0.2)	1,053 (100.0)	22	1,075	34.06	15.07
60～ (%)		16 (1.7)	25 (2.7)	30 (3.3)	29 (3.2)	189 (20.6)	200 (21.8)	297 (32.4)	52 (5.7)	52 (5.7)	12 (1.3)	10 (1.1)	5 (0.5)	917 (100.0)	18	935	36.46	15.89
70～ (%)		27 (1.6)	50 (3.0)	38 (2.3)	42 (2.5)	265 (15.9)	348 (20.9)	610 (36.6)	110 (6.6)	131 (7.9)	29 (1.7)	9 (0.5)	9 (0.5)	1,668 (100.0)	30	1,698	38.29	15.54
80～ (%)		39 (1.4)	53 (2.0)	71 (2.6)	44 (1.6)	435 (16.2)	537 (20.0)	1,024 (38.1)	175 (6.5)	228 (8.5)	40 (1.5)	29 (1.1)	15 (0.6)	2,690 (100.0)	55	2,745	39.17	15.51
90～ (%)		57 (1.6)	79 (2.2)	87 (2.4)	63 (1.7)	514 (14.3)	679 (18.8)	1,361 (37.8)	301 (8.3)	347 (9.6)	62 (1.7)	41 (1.1)	14 (0.4)	3,605 (100.0)	88	3,693	40.08	15.57
100～ (%)		45 (1.1)	74 (1.8)	108 (2.6)	66 (1.6)	582 (14.1)	718 (17.4)	1,577 (38.1)	382 (9.2)	415 (10.0)	91 (2.2)	46 (1.1)	32 (0.8)	4,136 (100.0)	81	4,217	41.01	15.83
110～ (%)		47 (1.2)	58 (1.5)	92 (2.4)	49 (1.3)	485 (12.4)	665 (17.1)	1,527 (39.2)	335 (8.6)	444 (11.4)	112 (2.9)	59 (1.5)	23 (0.6)	3,896 (100.0)	96	3,992	42.07	15.91
120～ (%)		28 (1.0)	33 (1.2)	71 (2.5)	22 (0.8)	351 (12.3)	470 (16.4)	1,135 (39.7)	277 (9.7)	347 (12.1)	64 (2.2)	44 (1.5)	19 (0.7)	2,861 (100.0)	53	2,914	42.56	15.44
130～ (%)		29 (1.9)	22 (1.4)	32 (2.1)	17 (1.1)	195 (12.7)	230 (15.0)	581 (37.8)	148 (9.6)	213 (13.8)	43 (2.8)	17 (1.1)	11 (0.7)	1,538 (100.0)	37	1,575	42.55	16.30
140～ (%)		10 (1.1)	15 (1.6)	20 (2.1)	10 (1.1)	94 (10.0)	160 (17.0)	362 (38.5)	95 (10.1)	125 (13.3)	26 (2.8)	18 (1.9)	5 (0.5)	940 (100.0)	15	955	43.24	15.74
合計 (%)		319 (1.4)	457 (2.0)	582 (2.5)	389 (1.7)	3,346 (14.4)	4,239 (18.2)	8,804 (37.8)	1,911 (8.2)	2,360 (10.1)	486 (2.1)	276 (1.2)	135 (0.6)	23,304 (100.0)	495	23,799	40.53	15.84
記載なし (%)		1 (0.1)	12 (1.2)	23 (2.4)	21 (2.1)	147 (15.0)	216 (22.1)	391 (40.0)	43 (4.4)	96 (9.8)	17 (1.7)	8 (0.8)	2 (0.2)	977 (100.0)	286	1,263	39.82	14.40
総計 (%)		320 (1.3)	469 (1.9)	605 (2.5)	410 (1.7)	3,493 (14.4)	4,455 (18.3)	9,195 (37.9)	1,954 (8.0)	2,456 (10.1)	503 (2.1)	284 (1.2)	137 (0.6)	24,281 (100.0)	781	25,062	40.50	15.79
平均		100.04	94.98	100.79	92.32	98.50	100.52	103.74	106.90	107.60	108.36	108.45	105.90	102.73	103.29	102.74		
標準偏差		27.83	25.07	24.06	26.98	24.60	24.06	22.73	21.10	21.97	21.08	20.76	21.32	23.47	23.09	23.46		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査