

表 2183 1セッションあたりの置換液量(L) PTH値(pg/mL)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 前希釈) PTH測定法:intact-PTH

PTH値	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		7 (0.6)	30 (2.6)	35 (3.1)	27 (2.4)	202 (17.8)	216 (19.1)	398 (35.1)	80 (7.1)	102 (9.0)	21 (1.9)	13 (1.1)	2 (0.2)	1,133 (100.0)	26	1,159	38.83	15.56
20～ (%)		22 (1.4)	33 (2.1)	30 (1.9)	58 (3.7)	315 (20.3)	285 (18.3)	539 (34.7)	92 (5.9)	130 (8.4)	24 (1.5)	16 (1.0)	10 (0.6)	1,554 (100.0)	25	1,579	38.23	15.88
40～ (%)		23 (1.4)	44 (2.7)	39 (2.4)	43 (2.6)	264 (16.1)	303 (18.5)	595 (38.2)	129 (7.9)	134 (8.2)	40 (2.4)	17 (1.0)	11 (0.7)	1,642 (100.0)	53	1,695	39.43	16.14
60～ (%)		29 (1.6)	42 (2.3)	42 (2.3)	35 (1.9)	300 (16.3)	326 (17.7)	704 (38.3)	117 (6.4)	178 (9.7)	45 (2.4)	12 (0.7)	7 (0.4)	1,837 (100.0)	35	1,872	39.57	15.79
80～ (%)		23 (1.1)	40 (2.0)	38 (1.9)	31 (1.5)	339 (16.6)	377 (18.4)	771 (37.7)	169 (8.3)	190 (9.3)	40 (2.0)	23 (1.1)	5 (0.2)	2,046 (100.0)	61	2,107	40.09	15.23
100～ (%)		39 (2.0)	36 (1.8)	46 (2.3)	41 (2.1)	327 (16.6)	342 (17.3)	747 (37.8)	161 (8.2)	164 (8.3)	40 (2.0)	21 (1.1)	11 (0.6)	1,975 (100.0)	52	2,027	39.47	15.95
120～ (%)		34 (1.8)	39 (2.1)	35 (1.9)	36 (1.9)	282 (15.2)	345 (18.6)	714 (38.5)	153 (8.2)	152 (8.2)	32 (1.7)	21 (1.1)	12 (0.6)	1,855 (100.0)	50	1,905	39.98	15.84
140～ (%)		38 (2.3)	29 (1.7)	35 (2.1)	29 (1.7)	269 (16.0)	293 (17.5)	671 (40.0)	127 (7.6)	129 (7.7)	41 (2.4)	10 (0.6)	8 (0.5)	1,679 (100.0)	39	1,718	39.54	15.65
160～ (%)		27 (1.7)	39 (2.5)	38 (2.5)	30 (1.9)	229 (14.8)	278 (17.9)	591 (38.2)	123 (7.9)	138 (8.9)	31 (2.0)	15 (1.0)	10 (0.6)	1,549 (100.0)	45	1,594	39.76	15.99
180～ (%)		60 (1.7)	84 (2.3)	108 (3.0)	96 (2.7)	551 (15.3)	642 (17.8)	1,318 (36.5)	251 (7.0)	352 (9.8)	77 (2.1)	45 (1.2)	23 (0.6)	3,607 (100.0)	99	3,706	39.49	16.58
240～ (%)		1 (2.1)	1 (2.1)	1 (2.1)	1 (2.1)	9 (18.8)	8 (16.7)	14 (29.2)	4 (8.3)	8 (16.7)		1 (2.1)		48 (100.0)	1	49	39.90	16.42
241～ (%)		38 (1.8)	54 (2.5)	58 (2.7)	32 (1.5)	320 (15.0)	397 (18.7)	822 (38.6)	154 (7.2)	185 (8.7)	37 (1.7)	17 (0.8)	13 (0.6)	2,127 (100.0)	56	2,183	39.24	15.68
300～ (%)		13 (1.1)	35 (2.9)	36 (2.9)	28 (2.3)	174 (14.2)	221 (18.0)	451 (38.8)	104 (8.5)	117 (9.6)	25 (2.0)	15 (1.2)	6 (0.5)	1,225 (100.0)	36	1,261	39.81	16.03
360～ (%)		11 (1.5)	16 (2.1)	26 (3.5)	12 (1.6)	114 (15.3)	124 (16.6)	297 (39.8)	43 (5.8)	67 (9.0)	20 (2.7)	10 (1.3)	7 (0.9)	747 (100.0)	13	760	40.07	16.57
420～ (%)		12 (2.9)	8 (1.9)	15 (3.6)	12 (2.9)	72 (17.2)	82 (19.6)	134 (32.1)	36 (8.6)	32 (7.7)	6 (1.4)	8 (1.9)	1 (0.2)	418 (100.0)	18	436	37.89	16.28
480～ (%)			6 (5.9)	2 (2.0)	3 (3.0)	14 (13.9)	17 (16.8)	43 (42.6)	6 (5.9)	9 (8.9)		1 (1.0)		101 (100.0)	3	104	38.13	14.81
500～ (%)		3 (1.8)	3 (1.8)	5 (2.9)	4 (2.4)	29 (17.1)	38 (22.4)	58 (34.1)	9 (5.3)	14 (8.2)	5 (2.9)	1 (0.6)	1 (0.6)	170 (100.0)	4	174	38.50	16.27
540～ (%)		1 (0.6)		4 (2.2)	4 (2.2)	23 (12.9)	37 (20.8)	75 (42.1)	14 (7.9)	14 (7.9)	2 (1.1)	1 (0.6)	3 (1.7)	178 (100.0)	9	187	41.20	15.41
600～ (%)		4 (1.4)	4 (1.4)	7 (2.4)	10 (3.4)	44 (14.9)	61 (20.7)	115 (39.0)	23 (7.8)	19 (6.4)	4 (1.4)	2 (0.7)	2 (0.7)	295 (100.0)	9	304	38.86	14.72
800～ (%)		5 (2.2)	8 (3.5)	5 (2.2)	6 (2.6)	42 (18.2)	49 (21.2)	74 (32.0)	15 (6.5)	22 (9.5)	3 (1.3)	1 (0.4)	1 (0.4)	231 (100.0)	13	244	37.21	15.66
合計 (%)		390 (1.6)	551 (2.3)	605 (2.5)	538 (2.2)	3,919 (16.1)	4,441 (18.2)	9,131 (37.4)	1,810 (7.4)	2,156 (8.8)	493 (2.0)	250 (1.0)	133 (0.5)	24,417 (100.0)	647	25,064	39.45	15.93
記載なし (%)		15 (3.7)	1 (0.2)	26 (6.4)	6 (1.5)	55 (13.5)	60 (14.7)	83 (20.3)	17 (4.2)	105 (25.7)	7 (1.7)	33 (8.1)		408 (100.0)	51	459	43.87	21.26
総計 (%)		405 (1.6)	552 (2.2)	631 (2.5)	544 (2.2)	3,974 (16.0)	4,501 (18.1)	9,214 (37.1)	1,827 (7.4)	2,261 (9.1)	500 (2.0)	283 (1.1)	133 (0.5)	24,825 (100.0)	698	25,523	39.52	16.04
平均		189.56	179.71	186.61	178.31	173.33	181.44	176.51	178.79	176.41	169.49	175.74	190.53	177.55	199.29	178.12		
標準偏差		241.98	167.05	149.79	186.92	176.78	182.06	154.76	179.00	154.36	139.61	134.80	148.90	167.54	211.90	168.86		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査