

表 2204 1セッションあたりの置換液量(L) 透析後体重(kg)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

透析後体重	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)											
20～ (%)		2 (18.2)	8 (72.7)	1 (9.1)			11 (100.0)		11	6.91	1.87
30～ (%)		54 (14.2)	231 (60.9)	91 (24.0)	2 (0.5)	1 (0.3)	379 (100.0)	10	389	7.25	2.34
40～ (%)		97 (8.7)	636 (57.0)	375 (33.6)	5 (0.4)	2 (0.2)	1,115 (100.0)	57	1,172	7.88	2.32
50～ (%)		98 (7.8)	677 (53.9)	476 (37.9)	3 (0.2)	1 (0.1)	1,255 (100.0)	56	1,311	8.05	2.18
60～ (%)		39 (5.2)	404 (53.8)	307 (40.9)		1 (0.1)	751 (100.0)	36	787	8.29	2.13
70～ (%)		20 (7.6)	123 (46.6)	119 (45.1)	1 (0.4)	1 (0.4)	264 (100.0)	12	276	8.52	2.45
80～ (%)		4 (3.9)	52 (50.5)	47 (45.6)			103 (100.0)	2	105	8.64	2.10
90～ (%)		2 (4.8)	16 (38.1)	24 (57.1)			42 (100.0)	3	45	8.81	1.77
100～ (%)			3 (27.3)	8 (72.7)			11 (100.0)		11	9.09	2.07
110～ (%)			4 (50.0)	4 (50.0)			8 (100.0)		8	8.25	1.98
120～ (%)				6 (100.0)			6 (100.0)		6	10.33	0.82
合計 (%)		316 (8.0)	2,154 (54.6)	1,458 (37.0)	11 (0.3)	6 (0.2)	3,945 (100.0)	176	4,121	8.03	2.26
記載なし (%)		10 (15.6)	40 (62.5)	13 (20.3)		1 (1.6)	64 (100.0)	9	73	7.34	2.63
総計 (%)		326 (8.1)	2,194 (54.7)	1,471 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,009 (100.0)	185	4,194	8.02	2.27
平均		51.39	53.99	57.17	48.75	52.67	54.94	54.95	54.94		
標準偏差		11.93	12.42	13.90	10.82	14.88	13.08	11.61	13.02		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査