

表 2205 1セッションあたりの置換液量(L) 体重減少量(kg)別（オフラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上 後希釈）

体重減少量	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.0未満 (%)			5 (62.5)	3 (37.5)			8 (100.0)	1	9	8.25	1.67
0.0～ (%)		17 (12.2)	80 (57.6)	40 (28.8)		2 (1.4)	139 (100.0)	10	149	7.61	2.59
1.0～ (%)		79 (9.5)	456 (54.8)	294 (35.3)	2 (0.2)	1 (0.1)	832 (100.0)	34	866	7.82	2.34
2.0～ (%)		116 (7.3)	880 (55.2)	591 (37.1)	4 (0.3)	2 (0.1)	1,593 (100.0)	81	1,674	8.06	2.21
3.0～ (%)		56 (7.0)	412 (51.4)	333 (41.5)	1 (0.1)		802 (100.0)	30	832	8.28	2.09
4.0～ (%)		11 (4.7)	113 (48.7)	106 (45.7)	1 (0.4)	1 (0.4)	232 (100.0)	3	235	8.62	2.47
5.0～ (%)		3 (8.8)	18 (52.9)	13 (38.2)			34 (100.0)	3	37	8.24	2.45
6.0～ (%)			1 (14.3)	6 (85.7)			7 (100.0)		7	9.43	1.51
7.0～ (%)			1 (50.0)	1 (50.0)			2 (100.0)		2	8.00	2.83
8.0～ (%)			4 (100.0)				4 (100.0)		4	7.00	1.15
合計 (%)		282 (7.7)	1,970 (53.9)	1,387 (38.0)	8 (0.2)	6 (0.2)	3,653 (100.0)	162	3,815	8.08	2.25
記載なし (%)		9 (16.1)	33 (58.9)	13 (23.2)		1 (1.8)	56 (100.0)	8	64	7.45	2.80
総計 (%)		291 (7.8)	2,003 (54.0)	1,400 (37.7)	8 (0.2)	7 (0.2)	3,709 (100.0)	170	3,879	8.07	2.26
平均		2.34	2.50	2.62	2.50	2.08	2.53	2.36	2.53		
標準偏差		0.93	1.17	0.99	1.13	1.51	1.09	0.93	1.08		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査